



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 16-01-2020
Αριθ. Εντ 1105

<p>Γραφείο Ταχ. Δ/ση</p> <p>Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες</p>	<p>: Προμηθειών</p> <p>: Λ. Στ. Νιάρχου : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ</p> <p>: 2651099912 : 2651099774 : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ.</p>	<p>ΠΡΟΣ:</p> <p>Κοιν. :</p>	<p>ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.uhi.gr</p> <p>Γραμματεία Νοσοκομείου.</p>
--	--	---	---

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς σε πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικών για την ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.:

α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν.4412/2016

ζ. Ν.4605/2019 Άρθρα , 43,44,45

η. Το αίτημα 36/ 09-01-2020) από την ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ Κλινική του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων - κλινικών, παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως 21--01-2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Ε Ν Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 2020 27 ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓ
 Σας δίνουμε εντολή για την έρευνα της αγοράς και την υποβολή πρότασης σας
 για την προμήθεια των παρακάτω ειδών.
 ΔΣΘΕΝΗΣ :
 ΤΜΗΜΑ : Π201 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ : ΑΠΟΦ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 2020 /
 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡ.: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΛΓ46906Η-ΤΦΡ 38
 ΘΕΜΑ.....: α/α 854 ΑΜΚΑ 06117803509

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Λ ΥΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ
1370045048	ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΙΡΑΡ S/T	TE 24.0	1.00 49749A	860.0000 1066.40
1377100202	ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	TE 24.0	1.00 49749A	219.5100 272.19

Ο συμπυκνωτής οξυγόνου να είναι εύκολη στη χρήση της και ταυτόχρονα αθόρυβη στη λειτουργία της, με κάτω από 45db. Να παράγει οξυγόνο με καθαρότητα που κυμαίνεται από 92% έως 97% και με ροή από 0 έως 5 lt, για ασθενείς με οξυγονοθεραπεία στο σπίτι. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

- Πιστοποίηση: CE
- Τάση: 220-240V, 50/60 Hz
- Ρυθμιζόμενη ροή: 0.5 - 5 lt / min
- Επίπεδο θορύβου: 45 dB
- Ισχύς: 350 W

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ-ΝΑ