



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η Υ.Π.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

20REQ007208405
20REQ007208414

Ιωάννινα 25/08/2020
Αριθ. Εντ 21020

: Προμηθειών
Γραφείο
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099912
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ.

ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
www.uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς σε πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικών για την ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.:

α. Ν.2955/2001

β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.

γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

ε. Ν.4412/2016

ζ. Ν.4605/2019 Άρθρα , 43,44,45

η. Το αίτημα 3767(18-08-2020) από την ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ Κλινική του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων - κλινικών, παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως 28/082020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να

παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Ε Ν Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 2020 27 ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓ
 Σας δίνουμε εντολή για την έρευνα της αγοράς και την υποβολή πρότασης σας για την προμήθεια των παρακάτω ειδών.
 ΑΣΘΕΝΗΣ :
 ΤΜΗΜΑ : Π201 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ : ΑΠΟΦ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 2020 /
 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡ.: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΔΚ46906Η-ΓΗΗ 4544
 ΘΕΜΑ.....: α/α 485

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Λ ΥΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΥΠΟΥ	ΦΠΑ	ΚΩΔ.ΔΗΜ.
ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ			
1371020007	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΕΝΟΥ	ΤΕ	5.00
108.5000		24.0	49749Α
672.70			

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 672.70

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ

Να προσφερθεί επιτοίχια αναρρόφηση κενού με δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στην κεντρική λήψη του νοσοκομείου τύπου DIN.

Το σύστημα να περιλαμβάνει :

- 1.Αναρρόφηση κενού
- 2.Διπλή φιάλη σε διάταξη επί της αναρρόφησης
- 3.Φίλτρο μικροβιακής προστασίας για την αποφυγή επιμολύνσεως του δικτύου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1 Ποιότητα κατασκευής Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής
- 2 Διαστάσεις (mm) Να αναφερθούν
- 3 Βάρος (Kg) Να αναφερθεί

- 4 Συνεχή ρύθμιση της αναρρόφησης μέσω περιστροφικού ρυθμιστή Μέγιστη 0 έως 50 Lpm
- 5 Μέγιστη πίεση Περίπου 650 mm Hg
- 6 Μανόμετρο παρακολούθησης της πίεσης ΝΑΙ περιστρεφόμενο
- 7 Κατάλληλο για την τοποθέτηση στις υποδοχές του νοσοκομειακού δικτύου ΝΑΙ (λήψεις τύπου DIN)
- 8 Με ενσωματωμένο φίλτρο υψηλής προστασίας ΝΑΙ προστασία 99.9999%
- 9 Συμβατό με το πρότυπο EN ISO-10079-3 Αναρρόφηση κενού και αέρα ΝΑΙ
- 10 Δυνατότητα αποστείρωσης στους 134° C ΝΑΙ ,να περιγραφεί ο τρόπος .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ-ΝΑ