



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> Υ.ΠΕ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 22-10-2021  
Αριθ. Πρωτ. 24175  
(257)

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου  
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ UHI.GR  
Τηλέφωνο : 2651099560  
Fax : 2651099774  
Πληροφορίες : Π. Πάκου Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου.

<b>ΘΕΜΑ :</b>	<b>Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για το χειρουργείο του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών.</b>
<b>ΣΧΕΤ.:</b>	α. Ν.2955/2001 β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11. γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012 ε. Ν. 4412/2016 στ. Η 206/22-09-2021 αίτηση προμήθειας <b>το χειρουργείο.</b> ζ. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για **το χειρουργείο** του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική **έγγραφο κλειστή προσφορά** έως την **ΤΡΙΤΗ 26-10-2021 και ώρα 10.00 π.μ.** Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες **εντός τριών (3)** ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
- 6.Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4413/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
51006000	ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ	ΓΕΜ	25,00	47,0000
1251006000000004	ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΑΝΙΟΧΥΔΕ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΛΥΜ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	24,00	41311Α	1.457,0€
	ΑΝΙΟΧΥΔΕ 1000			

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 12195.07

Να περιέχουν ως δραστικό συστατικό διάλυμα **υπεροξικού οξέως** έτοιμο προς χρήση. Να είναι δραστικό έναντι μικροβίων, μυκήτων, ιών (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, κλπ) και ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών, μυκοβακτηριδίων και σπόρων, με δράση εντός 10 λεπτών. Για τη σποροκτόνο δράση να υπάρχει σαφής αναφορά στη λογαριθμική μείωση (log 5). Να είναι τεκμηριωμένα δραστικό έναντι του βιοϋμενίου (biofilm). Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. Να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των οργάνων. Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος. Να είναι χημικά σταθερό, να μην περιέχει οξικό οξύ για αποφυγή τοξικών αναθυμιάσεων οξικού οξέως και να έχει ουδέτερο pH.

Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς. Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους χρήστες. Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες από την στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ενεργοποιητή, αυτός να συμπεριλαμβάνεται δωρεάν στη συσκευασία. Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες οι οποίοι να διατίθενται δωρεάν με κάθε συσκευασία και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Κ.α.α.**

**ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**