



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.

17 – 11 – 2021
26716

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099270,912
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Διαμάντης Α.
E – MAIL : Diamantis1972@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:

Κοιν. :



Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων της Ιατρικής Γενετικής του Νοσοκομείου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών.

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ
β. Ν. 2955 / 2001
γ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
δ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
ε. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
στ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
η. Ν. 4152/2013
θ. Ν.4605/2019 Άρθρα 43,44,45
ι. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36 /Α /09-03-2021
κ. Αίτημα 231 (22-09-2021) , της Ιατρικής Γενετικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία της Ιατρικής Γενετικής παρακαλούμε

να κατέθεσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 19-11-2021 ημέρα Παρασκευή και 11 οο π.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
8. Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.
9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 348**ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ				ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	5039 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2021 444	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2021 231	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ. Αιτ. Προμ.					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ				
	ΑΔΑ				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ				

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΑ005300 17ΕΑ005300000001	ΡΥΓΧΗ FILTER TIPS ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ PCR. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	TEM	10.000,00	0,0700	
	1000ML ΡΥΓΧΗ FILTER TIPS ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ PCR 1000ML. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ	24,00	41311A	868,03	
ΕΑ005300 17ΕΑ005300000002	ΡΥΓΧΗ FILTER TIPS ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ PCR. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	TEM	5.000,00	0,0700	
	5-250ML ΡΥΓΧΗ FILTER TIPS ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ PCR 5-250ML. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ	24,00	41311A	434,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.302,03

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**α) 07ΕΑ 005300000002**

ΡΥΓΧΗ (FILTER TIPS) ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ PCR
5-250μl

β) 07ΕΑ005300000001

ΡΥΓΧΗ (FILTER TIPS) ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΓΙΑ PCR 1000μl

α) 07ΕΑ005300000002

ΡΥΓΧΗ (FILTER TIPS) ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ PCR 5-250μl

1. Να αφορούν τη βαθμίδα ογκομέτρησης: 20-200 μl
2. Να διαθέτουν φίλτρα και να είναι διαυγή
3. Να είναι κατάλληλα για PCR και να είναι ελεύθερα από DNase/RNase και αναστολείς PCR
4. Να είναι τα πλέον κατάλληλα για τον υπάρχοντα εξοπλισμό του εργαστηρίου σε πιπέττες μεταβλητού όγκου:
Thermo Scientific, Gilson, DLab, Human HumaPette (20-200 μl)
5. Να διασφαλίζεται απολύτως η ασφαλής αποστειρωμένη χρήση
6. Να παρέχονται σε ειδικές θήκες (box)

β) 07ΕΑ005300000001

ΡΥΓΧΗ (FILTER TIPS) ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ PCR 1000μl

1. Να αφορούν τη βαθμίδα ογκομέτρησης: 100-1000 μl
2. Να διαθέτουν φίλτρα και να είναι διαυγή
3. Να είναι κατάλληλα για PCR και να είναι ελεύθερα από DNase/RNase και αναστολείς PCR
4. Να είναι τα πλέον κατάλληλα για τον υπάρχοντα εξοπλισμό του εργαστηρίου σε πιπέττες μεταβλητού όγκου:
Gilson pipetman (P1000), Human HumaPette (200-1000 μl), DLab (100-1000 μl)
5. Να διασφαλίζεται απολύτως η ασφαλής αποστειρωμένη χρήση.
6. Να παρέχονται σε ειδικές θήκες (box)

