



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

*Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.*

**10 – 01 – 2022
395**

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου

Τηλέφωνο : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
: 2651099270,912

Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Διαμάντης Α.
E – MAIL : Diamantis1972@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:

Κοιν. :

**ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.uhi.gr**

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών.

ΣΧΕΤ.:

- α. Ν. 2955 / 2001
- β. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
- γ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
- δ. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
- ε. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
- ζ. Ν. 4412 / 2016
- η. Ν. 4605/2019 Αρθρα 43,44,45.
- θ. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36 /Α /09-03-2021
- ι. Αίτημα 2 (03-01-2022), του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου .

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου παρακαλούμε να κατέθεσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 12-01-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 11 οο π.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του

ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.

8. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 49

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ				ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	4907 ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2022 11	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2022 2	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ. Αίτ. Προμ.					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ				
	ΑΔΑ				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	10 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ				

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α0002034	ISTOKIT ALCIAN	TEM	4,00	85,0000	
10Α0002034000001	B092160802 ISTOKIT ALCIAN BLUE PH 2,5	6,00	41359A	360,43	
Α0002046	ISTOKIT MASSON TRICHROME	TEM	4,00	92,0000	
10Α0002046000001	04-010802 MASSON TRICHROME ANIL. BLUE	6,00	41359A	390,08	
Α0002039	ISTOKIT FONTANA MASSON	TEM	4,00	110,0000	
10Α0002039000001	001 ISTOKIT FONTANA MASSON	6,00	41359A	466,40	
Α0002057	ISTOKIT SILVER IMPREGNATION	TEM	4,00	110,0000	
10Α0002057000001	04-040801 SILVER IMPREGNAT RETICULIN	6,00	41359A	466,40	
ΑΓ004009	SILVEL METENAMINA KIT P.A.S.M.	KIT	4,00	110,0000	
10ΑΓ004009000001	04-043822 SILVEL METENAMINA KIT P.A.S.M.	6,00	41359A	466,40	
Α0002052	ISTOKIT ORCEIN FOR ELASTIC FIBERS	TEM	4,00	53,0000	
10Α0002052000001	04-055802 ORCEIN	24,00	41359A	262,88	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.412,59

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.412,59€

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HISTOKITS**Alcian Blue (Ph 2,5) Stain Kit**

Να είναι πλήρες kit και να περιέχει:

A) χρωστική Alcian Blue Ph 2,5 according to Mowry σε διάλυμα οξικού οξέος 1-5%

B) διάλυμα Sodium tetraborate σε αιθανόλη 60-80%, ισοπροπανόλη 5-10%

Γ) Carmalum according to Mayer ή Kernechtrot (nuclear fast red) σε διάλυμα aluminium sulfare 5-10%.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια έως 70 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν τα TECHNICAL DATA SHEETS και τα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Silver Impregnation for reticulin Stain Kit

Να είναι πλήρες kit και να περιέχει τα διαλύματα Potassium permanganate, Acid activation buffer, Oxalic acid, Ferric ammonium sulphate, Ammoniacal silver, Neutral formalin και Sodium hyposulphite fixing solution.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια έως 35min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν τα TECHNICAL DATA SHEETS και τα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Masson Trichrome(Amiline blye) Stain Kit

Να είναι πλήρες και να περιέχει τα διαλύματα Weigerts iron hematoxylin A και B, Picric acid alcoholic solution, Ponceau acid fuchsin, Phosphomolybdic acid και Masson aniline blue.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 35 min και να μην απαιτεί κλιβανισμό σε κανένα στάδιο.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν τα TECHNICAL DATA SHEETS και τα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Masson Fontana Stain Kit

Να είναι πλήρες kit κατάλληλο για τον εντοπισμό της χρωστικής του μελανώματος σε ιστολογικές τομές και να περιέχει

Ammoniacal solution, Potassium permanganate solution, Activation acid buffer, Oxalic acid solution, Sodium thiosulfate solution και Mayers carmalum ή Kernechtrot (nuclear fast red).

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 45-90 min (μη συμπεριλαμβανομένου της ολονύχτιας επώασης).

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν τα TECHNICAL DATA SHEETS και τα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Silver Methenamine P.A.S.M. Stain Kit

Να είναι πλήρες kit κατάλληλο για τον εντοπισμό αργυροφιλικών στοιχείων και βλεννοπολυσακχαριτών (βασικές μεμβράνες, μύκητες, βακτήρια, κτλ) σε τομές ιστών, και να περιέχει

Periodic acid solution, Silver nitrate solution, Hexamethylenetetramine solution ή Methenamine 3%, Sodium tetraborate solution, Gold chloride solution και Fixing Solution ή Sodium thiosulphate.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 75-100 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν τα TECHNICAL DATA SHEETS και τα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Orcein for elastic fibers Stain kit

Να είναι πλήρες και να περιέχει τα διαλύματα Potassium permanganate, Acid activation buffer, Oxalic acid, Orcein according to Shikata, αοτιδραστήριο αλκοόλης και διάλυμα διαφοροποίησης.

Solution ή Sodium thiosulphate.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 30 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν τα TECHNICAL DATA SHEETS και τα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές

