



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28- 02- 2022
Αριθ. Πρωτ 4703 (757)

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο : 2651099270,912
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π.Τσώλης
E – MAIL : tsolis.polineikis@gmail.com

ΠΡΟΣ:

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού της Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών.

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ
β. Ν. 2955 / 2001
γ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
δ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
ε. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
στ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ.1
ζ. Ν. 4412/2016
η. Ν. 4605/2019 Άρθρα 43,44,45.
θ. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36/Α/09-09-2021
ι. Αίτημα 46(27-01-2022) της Μαιευτικής Κλινικής

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία της Μαιευτικής Κλινικής παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως την **04-03-2022 ημέρα Παρασκευή και 14:00η μ.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
7. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον

κωδικό GMDN του προϊόντος.

8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Π).

9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 757



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2022
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 757
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 03/02/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 03/02/2022 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών			
ΤΜΗΜΑ	5674 ΠΑΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Β ΚΛΙΝΙΚΗ / ΤΜΗΜΑ		
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2022 60	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2022 46
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.		ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
Παρατ.Αιτ.Προμ.			
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	435/2022	
	ΑΔΑ	Ω8ΞΙ46906Η-7ΒΞ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10002508	ΣΚΑΜΠΩ ΠΕΡΙΣΤΡ.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	ΤΕΜ	3,00	100,0000	
2010002508000002	ΣΚΑΜΠΩ ΠΕΡΙΣΤΡ.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	24,00	49747Α	372,03	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 372,03

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 372,02€

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Α) ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ ΘΑ ΕΝΑΙ ΨΗΛΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΣΚΑΜΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

1. Το σκαμπό να είναι τροχήλατο, ρυθμιζόμενου ύψους με αμορτισέρ και περιστρεφόμενο.

2. Να φέρει κυκλικό κάθισμα διαμέτρου 450 mm περίπου, πάνω σε πλακάξ θαλάσσης πάχους 16 mm, με γέμισμα από αφρώδες υλικό μαλακής διογκωμένης πολουρεθάνης, βάρους 40 kg / m³, πάχους 50 mm καλυμμένο με αντιστατικό κάλυμμα, δερματίνη θαλάσσης, υψηλής αντοχής, πάχους τουλάχιστον 1,2 mm και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.
3. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 600 έως 850 mm μέσω αμορτισέρ κάτω από το κάθισμα με απόκλιση + - 15 %.
4. Να φέρει τμήμα πλάτης με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους και δυνατότητα ανάκλιση από υλικό ίδιο με εκείνο του τμήματος του καθίσματος.
5. Η βάση να είναι πεντακτινωτή μεταλλική επιχρωμιωμένη (ή ποιοτικότερη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304) διαμέτρου περίπου 700 mm. Να φέρει πέντε (5) δίδυμους περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 50 mm περίπου και στεφάνι στήριξης ποδιών, ρυθμιζόμενο, ίδιου υλικού με εκείνο της βάσης διαμέτρου περίπου 500 mm.

B) ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΣΚΑΜΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

1. Το σκαμπό να είναι τροχήλατο, ρυθμιζόμενου ύψους με αμορτισέρ και περιστρεφόμενο.
2. Να φέρει κυκλικό κάθισμα διαμέτρου 450 mm, πάνω σε πλακάξ θαλάσσης πάχους 16 mm, με γέμισμα από αφρώδες υλικό μαλακής διογκωμένης πολουρεθάνης, βάρους 40 kg / m³, πάχους 50 mm καλυμμένο με αντιστατικό κάλυμμα, δερματίνη θαλάσσης, υψηλής αντοχής, πάχους τουλάχιστον 1,2 mm και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.
3. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 450 έως 600 mm μέσω αμορτισέρ κάτω από το κάθισμα με απόκλιση + - 15 %.
4. Να φέρει τμήμα πλάτης από υλικό ίδιο με εκείνο του καθίσματος με 3 δυνατότητες:
 - ρύθμισης του ύψους
 - δυνατότητα ανάκλισης
 - δυνατότητα μετακίνησης μπρος - πίσω
5. Η βάση να είναι πεντακτινωτή μεταλλική επιχρωμιωμένη (ή ποιοτικότερη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304) διαμέτρου 600 mm. Να φέρει πέντε (5) δίδυμους περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 50 mm περίπου και στεφάνι στήριξης ποδιών, ρυθμιζόμενο, ίδιου υλικού με εκείνο της βάσης διαμέτρου 450 mm.