



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

**Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.**

**18 – 04– 2022
9487 (2124)**

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

**ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.uhi.gr**

Τηλέφωνο : 2651099270,912
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π.Τσώλης
E – MAIL : tsolis.polineikis@gmail.com

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για τις ανάγκες τής Παιδιατρικής Κλινικής τού Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ
β. Ν. 2955 / 2001
γ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
δ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
ε. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
στ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ.1
ζ. Ν. 4412/2016
η. Ν. 4605/2019 Άρθρα 43,44,45.
θ. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36/Α/09-09-2021
ι. Αίτημα 117(13-04-2022) τής Παιδιατρικής Κλινικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία τής Παιδιατρικής Κλινικής παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 06-05-2022 ημέρα Παρασκευή και 14:00 η μ.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
7. Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.

8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών).

9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 2124



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2022
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 2124
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 15/04/2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 15/04/2022 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	5324 ΠΑΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2022 160	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2022 117	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αίτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
13465004	ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ	TEM	1,00	2.500,0000	
2013465004000001	ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ	24,00	49749A	3.100,03	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

3.100,03

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ

1. Το ζητούμενο σπιρόμετρο να είναι σύγχρονο και αμεταχείριστο.
2. Θα πρέπει να λειτουργεί με αισθητήρα ροής χαμηλής αντίστασης (μικρότερης από 0,07 Κρα/l/s), αθόρυβο με μέθοδο μέτρησης μεμβράνης και όχι τουρμπίνας, που να μην απαιτεί θέρμανση και με εύρος ροών 0-15 l/s.
3. Να μετρά τουλάχιστον τις παρακάτω παραμέτρους:
ICV, ERV, IRV, TV, FEV1, MEF25, MEF50, MEF75, PEF, FIV1, MIF25, MIF50, MIF75, PIF, FVCex, FVCin, FEV1/IVC, MEF 25-75, MEF 75-85, MEF25/FVCex, MEF50/FVCex, MEF75/FVCex, PEF/FVCex, FEV1/FVCex.
4. Να μπορεί να αναβαθμιστεί το ίδιο το σπιρόμετρο και να χρησιμοποιεί το ίδιο software για μέτρηση αντιστάσεων αεραγωγών Rocc (μέθοδος κλείστρου), P0.1, Pemax, Pimax, Ρινομανομετρίας (με ρινικούς αντάπτορες και μάσκα).
5. Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα μέτρησης των συνθηκών περιβάλλοντος (θερμοκρασία, βαρομετρική πίεση, υγρασία: BTPS sensor) και να κάνει την σχετική διόρθωση, ώστε η σπιρομέτρηση να έχει την μέγιστη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία.
6. Να εμφανίζει τα αποτελέσματα και τις καμπύλες σε έγχρωμη οθόνη και να τα τυπώνει σε έγχρωμο εκτυπωτή.
7. Να λειτουργεί με εξωτερικό PC και το πρόγραμμα λειτουργίας να λειτουργεί σε WINDOWS 10. Να προσφερθεί μαζί με πλήρες σύστημα εξωτερικού PC ή laptop και με έγχρωμο εκτυπωτή.

8. Το σπιρόμετρο να συνδέεται με το PC σε θύρα USB αλλά να μπορεί απαραίτητα να λειτουργεί και ασύρματα μέσω Bluetooth.
9. Θα πρέπει να διαθέτει προβλεπόμενες τιμές των παραμέτρων για διάφορες ομάδες ανθρώπων. Να μπορεί ο χειριστής να δημιουργεί δικές του φόρμουλες για υπολογισμό των προβλεπόμενων τιμών.
10. Να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και να διαθέτει ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ποιότητας CE MARK.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 60 ημερολογιακές ημέρες

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 3.100,03€

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ