



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ιωάννινα

01 – 08 – 2022

Αριθ. Πρωτ.

18725

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου

: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

Τηλέφωνο : 2651099270,912

Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Διαμάντης Α.
E – MAIL : Diamantis1972@yahoo.gr

Κοιν. :

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.uhi.gr
Υποψήφιους Προμηθευτές

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων της Ιατρικής Γενετικής του Νοσοκομείου, με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών .

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2955 / 2001
β. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
γ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
δ. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
ε. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
ζ. Ν. 4412/2016
η. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36 /Α /09-03-2021
θ. Αίτημα 2738 (29-07-2022) , της Ιατρικής Γενετικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία της Ιατρικής Γενετικής παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 03-08-2022 ημέρα Τετάρτη και 11 οο π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011,4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

6. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος

7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011,4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 4311

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					
ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	5039 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2022 5419	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2022 2738	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αίτ.Προμ.	ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ				
	ΑΔΑ				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΑ002060 07ΕΑ0020600000001	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦ.ΟΓΚΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 96 ΡΥΓΧΩΝ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ GILSON	ΤΕΜ	20.000,00	0,0700	
	F171303 ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2-30ML ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 96 ΡΥΓΧΩΝ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ GILSON	24,00	41311Α	1.736,03	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.736,03

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κ.Α.Α.

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θέμα: Προδιαγραφές αναλώσιμων υλικών ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ

α) Παρακαλώ θερμά για την παραγγελία των αναλώσιμων υλικών **ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ με φίλτρο 2-30μl κλπ (κωδικός 07ΕΑ002060000001)** όπως ληφθούν υπόψη οι εξής προδιαγραφές

1. Να αφορούν τη βαθμίδα ογκομέτρησης: **2-20 μl**
2. Να διαθέτουν φίλτρα και να είναι διαυγή
3. Να είναι κατάλληλα για PCR και να είναι ελεύθερα από DNase/RNase και αναστολείς PCR
4. Να είναι τα πλέον κατάλληλα για τον υπάρχοντα εξοπλισμό του εργαστηρίου σε πιπέτες μεταβλητού όγκου: Thermo Scientific (FINNPIPETTE F1 & FINNPIPETTE F3), Gilson pipetman (P10, P1000), DLAB (2-20μl)
5. Να διασφαλίζεται απολύτως η ασφαλής αποστειρωμένη χρήση
6. Να παρέχονται σε ειδικές θήκες (box)
7. Να σταλεί δείγμα για δοκιμή (αν δεν έχουν προσφερθεί στο παρελθόν)

