



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 23-08-2022
Αριθ. Πρωτ. 20301

Γραφείο : Προμηθειών
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο : 2651099855
E-mail : pmichalopoulou@uhi.gr
Πληροφορίες : Π. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Κοιν. :

Υποψήφιους προμηθευτές
www.uhi.gr

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφορών με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών για την προμήθεια υλικών για τη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ.
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα.
	ε. Ν.4782/2021 όπως ισχύει.
	στ. Το με αριθμ.2686/22-07-2022 (εντολή 4227) αίτημα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια υλικών με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 30-08-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά.**

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
ΓΧ006001 07ΓΧ006001000001	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ C205ΜΤΗ ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,95CM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ	ΤΕΜ 24,00	2.000,00 41311Α	0,9500 2.356,03
ΓΧ004119 07ΓΧ004119000001	ΣΠΡΕΙ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΙΟΝΤΑ ΤΙΑΒ ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΟΛΙΝΗΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 001 ΣΠΡΕΙ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΙΟΝΤΑ ΤΙΑΒ ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΟΛΙΝΗΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	ΤΕΜ 13,00	50,00 41311Α	5,9000 333,35
ΡΑ001305 07ΡΑ001305000001	ΡΑΜΜΑ S1LK ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ 1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΝΟ 1 Μ.Ρ.75CM Μ.Β.40MM SK22030F4 ΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 2/0 Μ.Ρ.75CM Μ.Β.30MM 542DS3001100-542DS3020SK72030F4SK20F0630	ΤΕΜ 13,00	50,00 41311Α	0,1900 10,74
ΡΑ009113 07ΡΑ009113000001	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 4/01,5 Μ.Ρ.75CM Μ.Β.26MM PGA24025B0/9142 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 4/01,5 Μ.Ρ.75CM Μ.Β.26MMC1048040112HR2240GL121	ΤΕΜ 24,00	50,00 41311Α	0,5000 31,00
ΡΑ008001 07ΡΑ008001000001	ΕΘΙΣΟΝ ΝΥΛΟΝ 02 ΡΑΜΜΑ ΝΥΛΟΝ ΕΘΙΣΟΝ 5/0 3/8 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Μ.Ρ.45CM Μ.Β.19MM	ΤΕΜ 24,00	50,00 41311Α	0,4450 27,59

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.758,71

ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ**

1. Να έχει ενσωματωμένο επιστόμιο με "ωοειδές σχήμα" για να επιτρέπει επαρκή απόφραξη του στόματος αποφεύγοντας πιθανές διαρροές.
2. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις αναπνευστικές δοκιμασίες.
3. Να είναι συμβατό με τις συσκευές αναπνευστικών δοκιμασιών: Viasys- Jaeger και Smartptf Spiro USB Medical Equipment Europe.
4. Η αποδοτικότητα φιλτραρίσματος τόσο για τους ιούς όσο και για τα βακτήρια να είναι 99.9%.
5. Η αντίσταση ροής να είναι <0.87 cm H₂O/(L/s).
6. Να έχει μικρό νεκρό χώρο.
7. Να έχει εξωτερική διάμετρο 32 mm.
8. Να έχει μεγάλο πλαστικό στεφάνι ώστε να είναι εύκολη η απόρριψη του από το χρήστη.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
καα****ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**