



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

*Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.*

**05-09-2022
21273 (4735)**

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

**ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.uhi.gr**

Τηλέφωνο : 2651099270,912
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π.Τσώλης
E – MAIL : tsolis.polineikis@gmail.com

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες του Μαιευτηρίου τού Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ
β. Ν. 2955 / 2001
γ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
δ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
ε. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
στ.. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
ζ. Ν. 4412/2016
η. Ν. 4605/2019 Άρθρα 43,44,45.
θ. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36/Α/09-09-2021
ι. Αίτημα 3040(02-09-2022) του Μαιευτηρίου .

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του Μαιευτηρίου παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 09-09-2022 ημέρα Παρασκευή και 14η μ.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.

8. Η διαπραγματεύση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Π.Τ.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΝΤΟΛΗ 4735



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853**

ΕΤΟΣ: 2022
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 4735
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 05/09/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 05/09/2022 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών			
ΤΜΗΜΑ	4427 ΝΟΣ. ΤΜ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2022 5916	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2022 3040
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.		ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
Παρατ.Αίτ.Προμ.	ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ		
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ		ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	
		ΑΔΑ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ		

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝ005002 07ΑΝ005002000000	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΑΙΟΥ Μ.Χ. ΝΟ 161819G ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ	TEM	50,00	8,0000	
ΑΝ005001 07ΑΝ005001000000	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚ.ΑΝΑΙΣΘ.ΜΙΝΙΡΑΚΚ ΜΕ ΣΥΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (LOR), ΧΩΡ 10ML ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ &ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	24,00	41311A	496,03	
ΑΝ005001 07ΑΝ005001000000	ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 22G 25G E619 ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	24,00	41311A	644,80	
ΓΧ004046 07ΓΧ004046000000	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500ML ΜΕ 3WAY ΣΥΡΙΓΓΑ 60CC ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	4,00	300,0000	
ΑΝ016011 07ΑΝ016011000000	J-SOSR-100500 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500ML ΜΕ 3WAY ΣΥΡΙΓΓΑ 60CC ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣJ-SOSR-10500	13,00	41311A	1.356,00	
ΑΝ016011 07ΑΝ016011000000	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ	TEM	100,00	1,5000	
ΑΝ016011 07ΑΝ016011000000	8888247023 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Ν0 6,5125410-0002602611065	13,00	41311A	169,50	
ΑΝ016011 07ΑΝ016011000000	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ	TEM	100,00	1,5000	
ΑΝ003001 07ΑΝ003001000000	8888247031 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Ν0 7125410-0002802611070	13,00	41311A	169,50	
ΑΝ003001 07ΑΝ003001000000	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ Μ.Χ. ΜΕΓΕΘΗ 01234567	TEM	200,00	0,2200	
ΠΔ003010 07ΠΔ003010000000	124700-000020 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ CUEDEL PVC Ν02	24,00	41311A	54,56	
ΠΔ003010 07ΠΔ003010000000	ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΩΝ ΒΡΕΦΩΝ.	TEM	500,00	0,1900	
ΠΔ003010 07ΠΔ003010000000	9423 ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΒΡΕΦΩΝ	24,00	41311A	117,80	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

3.008,19

Τεχνικές Προδιαγραφές
Κλιπ ομφάλιου λώρου

- 1) Να είναι ασφαλές, αποστειρωμένο, μίας χρήσης και απαλλαγμένο από Latex, Silicone και PVC.
- 2) Να χρησιμοποιείται αμέσως μετά τον τοκετό για να απολινώσει τον ομφάλιο λώρο πριν από την κοπή του.
- 3) Να διαθέτει γραμμωτή λαβή, ούτως ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση κατά την εφαρμογή.
- 4) Να διατηρεί ερμητικό κλείσιμο και να εφαρμόζει σταθερή πίεση σε κάθε μέγεθος ομφαλού, καθώς αυτός συρρικνώνεται.
- 5) Να διαθέτει προστατευτική οπή που περιορίζει τον ομφαλό ανάμεσα στις δύο οδοντωτές σιαγώνες για να περιορίσει την κίνηση.
- 6) Να είναι κατασκευασμένο χωρίς αιχμηρά άκρα που μπορεί να σκαλώσουν με απρόβλεπτες συνέπειες.
- 7) Να ελέγχεται με πρωτοποριακό και αυστηρό σύστημα οπτικού ελέγχου από ακτίνες laser, ούτως ώστε να πληροί τις προδιαγραφές για την χρήση του (απαράβατος όρος).
- 8) Να διαθέτει διπλό αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας, ούτως ώστε να μην είναι δυνατό να ανοίξει (απαράβατος όρος).
- 9) Να διαθέτει οδοντωτούς σιαγόνες για να αποτρέπεται η ολίσθηση του.
- 10) Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό κλειδώματος (μάνταλο), ούτως ώστε να μην επιτρέπει το παραμικρό διάκενο (απαράβατος όρος).
- 11) Να κατατεθεί δείγμα για την πλήρη γνώση του υλικού καθώς και της χρήσης, ούτως ώστε να γίνει επιλογή του κατάλληλου υλικού (απαράβατος όρος).
- 12) Να πληροί όλα τα διεθνή standard ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE.

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 3008,19€

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κ.Α.Α.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ