



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 11-01-2023

Αριθ. Πρωτ. 633

Γραφείο	:	Προμηθειών		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	<b>ΠΡΟΣ:</b>	<b>ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ</b> <b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr</b>
Τηλέφωνο	:	2651099560		
Fax	:	2651099774		
Πληροφορίες	:	Μ.ΤΑΣΟΥΛΗ	<b>Κοιν. :</b>	<b>Γραμματεία Νοσοκομείου.</b>

<b>ΘΕΜΑ :</b>	<b>Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία του Χειρουργείου θώρακα- καρδιάς του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών.</b>
<b>ΣΧΕΤ.:</b>	<b>α. Ν.2955/2001</b>
	<b>β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.</b>
	<b>γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα</b>
	<b>δ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45</b>
	<b>ε. Ν.4412/2016</b>
	<b>στ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει</b>
	<b>ζ.Το αριθμ.52/10-01-2023 αίτημα του Χειρουργείου θώρακα- καρδιάς του Νοσοκομείου.</b>

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 17-01-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά.**

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

**Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.**

**Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.**

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.**

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ				
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών				
ΤΜΗΜΑ	4435 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ			
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 166	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 52	ΠΑΡΑΚ. ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.				
Παρατ. Αίτ. Προμ.				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	09 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΡΕΩΣΙΜΑ			

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ
ΚΧ002024 09ΚΧ002024000001	ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 7,5FR 40CC 7,5FR 34CC 7FR 34CC 7FR 30CC ΜΕ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜ. ΕΙΣΑΓ. ΠΡΟΕΚΤΑΣ. ΣΥΝΔ. ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤ. ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΘΗΚΑΡΙ	TEM	1,00	1.190,0000
	ΙΑΒ-06830-U ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 30CC	24,00	41311A	1.475,63
ΚΧ001013 09ΚΧ001013000001	ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ RETROGRADE ΑΥΤΟΜ. ΕΜΦΥΣΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΜΟ PVC ΜΕ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕ ΡΑΒΔ. ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΚ. ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΝΣΩΜ. STOPC	TEM	20,00	44,0000
	RC014T RCC01 ΚΑΝ. ΠΑΛΙΝΔ. ΚΑΡΔ/ΓΙΑΣ ΑΥΤ. 14/279493594995	13,00	41311A	994,40
ΚΧ002001 09ΚΧ002001000004	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ	TEM	60,00	1,2000
	ΕΥ3359 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Υ 3/8 Χ3/8 Χ3/8 SK6031	24,00	41311A	89,28

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.559,31

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάνουλες παλινδρομής καρδιοπληγίας (Retrograde), αυτόματης εμφύσησης με κορμό από PVC με μπαλόνι με ραβδώσεις, με γραμμή παρακολούθησης πίεσεως, ενσωματωμένο stopcock, επεκταμένο άκρο, 15 French, συμπαγής συλλίσκος με λαβή και διαβαθμίσεις για ασφαλή τοποθέτηση

Μπαλόνι ενδοαορτικής αντλίας 7.5 Fr- 40cc, 7.5 Fr- 34cc, 7.5 Fr- 30cc, 7 Fr- 34cc, 7 Fr- 30cc με σέτ διαδερμικής εισαγωγής και προεκτάσεις σύνδεσης, σχεδιασμένος για τοποθέτηση με ή χωρίς θηκάρι.

-Να χρησιμοποιεί ακόμα και κοινά θηκάρια διαδερμικής εισαγωγής 8Fr του εμπορίου.

-Να διαθέτει ειδικά σημεία εντοπισμού (markers) είτε από υπέρηχο, είτε ακτινοσκοπικά (στην αρχή και στο τέλος της μεμβράνης του μπαλονιού).

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΥΠΟΔ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ