



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 30-3-2023
Αριθ. Πρωτ. 7999 (2063)

Γραφείο : Προμηθειών
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ WWW.UHI.GR

Τηλέφωνο : 2651099560-537
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π.ΠΑΚΟΥ

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	ε.Το αριθμ. 81/27-03-2023 αίτημα της ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ στ. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της **06-04-2023**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **11.00 π.μ.** σχετική **έγγραφο κλειστή προσφορά**.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται **στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι**.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται

οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

- 6.Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
10024117	ΤΡΟΛΛΕΥ-ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ- ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ-2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΤΕΜ	1,00	2.200,0000
2010024117000001	ΤΡΟΛΛΕΥ-ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ	24,00	49747Α	2.728,03

1. Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία παρελκόμενα για τη λειτουργία του.
2. Ο σκελετός του τροχήλατου να είναι κατασκευασμένος από χάλυβα, βαμμένο με ειδική βαφή πούδρας ιδιαίτερα ανθεκτική σε γρατσουινές και λεκέδες και λεκέδες. Να είναι σύμφωνη με την οδηγία UNI EN ISO 9001.
3. Τα εξωτερικά μέρη του τροχήλατου να είναι κατασκευασμένα από ειδικό τεχνοπολυμερές πλαστικό υλικό.
4. Να είναι εξολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και να έχει στρογγυλεμένες γωνίες και άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.
5. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ώθησης από ειδικό υλικό ABS.
6. Στις γωνίες της βάσης να φέρει πλαστικούς προσκρουστήρες για την εξομάλυνση των κραδασμών.
7. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 75x58 cm. Να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος κάτω από την επιφάνεια εργασίας.
8. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο.
9. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό τεσσάρων (4) συρταριών εκ των οποίων τα τρία να έχουν ύψος 140mm, ενώ το τέταρτο να έχει ύψος 280mm. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα και να φέρουν ενσωματωμένες εργονομικές χειρολαβές στις μετώπες.
10. Το τροχήλατο να διαθέτει κεντρική κλειδαριά για κλειδωμα των συρταριών. Επιπλέον όλα τα συρτάρια να φέρουν προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών.
11. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με ράφι το οποίο να φέρει δύο σειρές από ανακλινόμενες θήκες, κάδο απορριμμάτων πλαστικό αναρτημένο στη μια πλευρά του καροτσιού χωρητικότητας 15 λίτ με καπάκι και με εργονομικό άνοιγμα, στεφάνι στήριξης δοχείου αιχμηρών, υποδοχή για στήριξη φιάλης οξυγόνου, υποδοχή για αποθήκευση καθετήρων, και τέσσερα ράφια στη μία πλευρά του τροχήλατου για την αποθήκευση διάφορων υλικών.
12. Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125 mm εκ των οποίων οι δύο με φρένο και οι άλλοι δύο αντιστατικοί.
13. Οι αποκλίσεις σε όλες τις διαστάσεις που αναφέρονται να μην υπερβαίνουν το +-5%.
14. Να προσκομιστεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.
15. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.
16. Ο κατασκευαστικός Οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
17. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επιπλέον, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ