



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.

24- 03- 2023
7413

(1344)

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.uhi.gr

Τηλέφωνο : 2651099912
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π.Τσώλης
E – MAIL : ptsolis@uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ:

Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.:

- α. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ
- β. Ν. 2955 / 2001
- γ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
- δ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
- ε. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
- στ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ.1
- ζ. Ν. 4412/2016
- η. Ν. 4605/2019 Άρθρα 43,44,45.
- θ. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36/Α/09-09-2021
- ι. Αίτημα 54(15-02-2023) της Πνευμονολογικής Κλινικής

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία της Πνευμονολογικής Κλινικής παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 31-03-2023 ημέρα Παρασκευή και 14:00 η μ.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.

8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών).

9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 1344



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2023
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 1344
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 24/02/2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 24/02/2023 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών			
ΤΜΗΜΑ	5362 ΠΑΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ / ΤΜΗΜΑ		
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 82	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 54
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.		ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
Παρατ.Αίτ.Προμ.			
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		
	ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10024150	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	1,00	2.200,0000	
2010024150000001	02 ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 100Χ80Χ90 ΜΕ 2 ΚΑΔΟΥΣ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ	24,00	49747Α	2.728,03	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.728,03

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.728,03€

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κ.Α.Α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1. Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία παρελκόμενα για τη λειτουργία του.
2. Ο σκελετός του τροχήλατου να είναι κατασκευασμένος από χάλυβα, βαμμένο με ειδική βαφή πούδρας ιδιαίτερα ανθεκτική σε γρατσουνιές και λεκέδες και λεκέδες. Να είναι σύμφωνη με την οδηγία UNI EN ISO 9001.

3. Τα εξωτερικά μέρη του τροχήλατου να είναι κατασκευασμένα από ειδικό τεχνοπολυμερές πλαστικό υλικό.
4. Να είναι εξολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και να έχει στρογγυλεμένες γωνίες και άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.
5. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ώθησης από ειδικό υλικό ABS.
6. Στις γωνίες της βάσης να φέρει πλαστικούς προσκρουστήρες για την εξομάλυνση των κραδασμών.
7. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 75x58 cm. Να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος κάτω από την επιφάνεια εργασίας.
8. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο.
9. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό τεσσάρων (4) συρταριών εκ των οποίων τα τρία να έχουν ύψος 140mm, ενώ το τέταρτο να έχει ύψος 280mm. Τα συρτάρια να είναι προσθαιρούμενα και να φέρουν ενσωματωμένες εργονομικές χειρολαβές στις μετώπες.
10. Το τροχήλατο να διαθέτει κεντρική κλειδαριά για κλείδωμα των συρταριών. Επιπλέον όλα τα συρτάρια να φέρουν προσθαιρούμενα σετ διαχωριστικών.
11. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με ράφι το οποίο να φέρει δύο σειρές από ανακλινόμενες θήκες, κάδο απορριμμάτων πλαστικό αναρτημένο στη μια πλευρά του καροτσιού χωρητικότητας 15 lit με καπάκι και με εργονομικό άνοιγμα, στεφάνι στήριξης δοχείου αιχμηρών, υποδοχή για στήριξη φιάλης οξυγόνου, υποδοχή για αποθήκευση καθετήρων, και τέσσερα ράφια στη μία πλευρά του τροχήλατου για την αποθήκευση διάφορων υλικών.
12. Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125 mm εκ των οποίων οι δύο με φρένο και οι άλλοι δύο αντιστατικοί.
13. Οι αποκλίσεις σε όλες τις διαστάσεις που αναφέρονται να μην υπερβαίνουν το +- 5%.
14. Να προσκομιστεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.
15. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.
16. Ο κατασκευαστικός Οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
17. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επιπλέον, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.