



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

*Ιωάννινα*  
**Αριθ. Πρωτ.**

**31 – 03 – 2023**  
**8243**

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου

: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ **ΠΡΟΣ:**

Τηλέφωνο : 2651099270,912

Fax : 2651099774  
Πληροφορίες : Διαμάντης Α.  
E – MAIL : Diamantis1972@yahoo.gr

**Κοιν. :**

Γραμματεία Νοσοκομείου.

**ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ**  
[www.uhi.gr](http://www.uhi.gr)  
**Υποψήφιους Προμηθευτές**

**ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών.**

**ΣΧΕΤ.:** α. Ν. 2955 / 2001  
β. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.  
γ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.  
δ. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.  
ε. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1  
ζ. Ν. 4412/2016  
η. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36 /Α /09-03-2021  
θ. Αίτημα 66 (15-03-2023) , του **Μικροβιολογικού Εργαστηρίου** .

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του **Κυτταρολογικού Εργαστηρίου** παρακαλούμε να κατέθεσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 04-04-2023 ημέρα Τρίτη και 11 οο π.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά. Σημειώνεται ότι :

- 1.** Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
- 2.** Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της υποφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

6. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος

7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

### ΕΝΤΟΛΗ 2158

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					
ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	4884 ΠΑΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 185	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 66	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ. Αίτ. Προμ.					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ				
	ΑΔΑ				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10002508	ΣΚΑΜΠΩ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	ΤΕΜ	7,00	100,0000	
2010002508000002	ΣΚΑΜΠΩ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	24,00	49747Α	868,03	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:				868,03	

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Κ.Α.Α.**

**ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΣΚΑΜΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

1. Το σκαμπώ να είναι τροχήλατο, ρυθμιζόμενου ύψους με αμορτισέρ και περιστρεφόμενο.
2. Να φέρει κυκλικό κάθισμα διαμέτρου 450 mm περίπου, πάνω σε πλακάξ θαλάσσης πάχους 16 mm, με γέμισμα από αφρώδες υλικό μαλακής διογκωμένης πολυουρεθάνης, βάρους 40 kgf / m<sup>3</sup>, πάχους 50 mm καλυμμένο με αντιστατικό κάλυμμα, δερματίνη θαλάσσης, υψηλής αντοχής, πάχους τουλάχιστον 1,2 mm και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.
3. Δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 600 έως 850 mm μέσω αμορτισέρ κάτω από το κάθισμα με απόκλιση + - 15 %.
4. Να φέρει τμήμα πλάτης με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους και δυνατότητα ανάκλισης από υλικό ίδιο με εκείνο του τμήματος του καθίσματος.
5. Η βάση να είναι πεντακτινωτή μεταλλική επιχρωμιωμένη (ή ποιοτικότερη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304) διαμέτρου περίπου 700 mm. Να φέρει πέντε (5) δίδυμους περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 50 mm περίπου και στεφάνι στήριξης ποδιών, ρυθμιζόμενο, ίδιου υλικού με εκείνο της βάσης διαμέτρου περίπου 500 mm.



