



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 30-5-2023
Αριθ. Πρωτ. 13145 (3315)

Γραφείο : Προμηθειών
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ www.uhi.gr

Τηλέφωνο : 2651099560-537
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π. ΠΑΚΟΥ

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία των ΤΕΠ του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	ε.Το αριθμ. 112/02-05-2023 αίτημα των ΤΕΠ στ. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 07-06-2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες ΕΝΤΟΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΩΝ από την παραγγελία.
4. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
- 5 Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4413/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ
10000200	ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 190X65X68 CM	TEM	2,00	1.200,0000
2010000200000002	ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 190X65X68 CM	24,00	49747Α	2.976,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.976,03

ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

1. Διαστάσεις περίπου 1,90 X 0,70 X 0,75 (ύψος).
2. Ο σκελετός της εξεταστικής κλίνης να είναι από στρατζαριστό σωλήνα βαρέως τύπου, ηλεκτροστατικής βαφής, ή ανοξείδωτος με σωλήνα τουλάχιστον Φ33 X 1,5mm ή οβάλ αντίστοιχης διατομής (στην προσφορά να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή υλικού και της επεξεργασίας).
3. Να φέρει τέσσερα (4) πόδια σταθερής στήριξης.
4. Να φέρει ερεσίνωτο της κεφαλής στο 1/3 περίπου του μήκους του με ρύθμιση κλίσης περίπου 30° με ειδικό μηχανισμό τύπου σκαλιέρας βαρέως τύπου, χωρίς πλαστικά μέρη (με διπλή σκαλιέρα μία από αριστερά και μία από δεξιά) στο επιθυμητό ύψος με τουλάχιστον 4 επίπεδα κλίσης, δηλαδή το ερεσίνωτο να λαμβάνει θέσεις ανάκλισης και μέσω ειδικού μηχανισμού να λαμβάνει με γρήγορες και απλές κινήσεις θέσεις οριζοντίωσης (CPR).
5. Στο μέρος της κεφαλής και κάτω από αυτή να υπάρχει μηχανισμός στήριξης του προστατευτικού χαρτιού της κλίνης (χαρτοσέντονο).
6. Η επιφάνεια να αποτελείται από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό πολουρεθάνης των 40 kg/m³ τουλάχιστον, επικαλυμμένο με αδιάβροχο, βραδύκαυστο κάλυμμα από δερματίνη, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, υψηλής αντοχής στα συνήθη απολυμαντικά υγρά, αντιαλεργικό, ανθεκτικό στην συχνή πλύση. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα η επιφάνεια να είναι αποσυναρμολογούμενη ώστε να μπορεί να πλυθεί και να απολυμανθεί σε κλιβανοπλυντήριο. Η επιφάνεια να έχει εργονομικό σχήμα με ελαφρώς υπερυψωμένα άκρα περιμετρικά.
7. Στις βάσεις σύνδεσης να φέρει ειδικά πλαστικά ελαστικά έτσι ώστε να μην δημιουργείται φθορά στον σκελετό της κλίνης.
8. Στα σημεία στήριξης στο δάπεδο να φέρει ειδικά εξαρτήματα (παπουτσάκια) για την προστασία του δαπέδου.
9. Να αναφερθούν τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά.
10. Να διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων επιλογής της υπηρεσίας.
11. Να διαθέτει πιστοποιητικά CE mark και ISO 9001 του οίκου κατασκευής.
12. Να συνοδεύονται από τεχνικές προδιαγραφές (με αντίστοιχα προσπέκτους και φωτογραφίες).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ