



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

*Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.*

**11 – 07 – 2023
17008**

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου

: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο : 2651099270,912

Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Διαμάντης Α.
E – MAIL : akdiamantis@uhi.gr

ΠΡΟΣ:

Κοιν. :



Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων της Ιατρικής Γενετικής του Νοσοκομείου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών.

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2955 / 2001
β. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
γ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
δ. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
ε. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
ζ. Ν.4412/2016
η. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36 /Α /09-03-2021
θ. Αίτημα 1767 (10-05-2023) , της Ιατρικής Γενετικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία της Ιατρικής Γενετικής παρακαλούμε να κατέθεσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 13-07-2023 ημέρα Πέμπτη και 11 οο π.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
8. Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος
9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 3467

| ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ | | | | | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ : | |
| Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών | | | | | | |
| ΤΜΗΜΑ | 5039 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | | | | | |
| ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ. | 2023 3147 | ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ. | 2023 1767 | ΠΑΡΑΚ. | ΟΧΙ | |
| ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ. | | | | | | |
| Παρατ.Αίτ.Προμ. | 1. ΣΥΜΒΑΤΑ ΝΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ MAGNETIC INDUCTION CYCLER MIC PCR. 2. ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | | | | | |
| Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ | ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | | ΑΔΑ | | | |
| ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
| ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ | ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ | ΦΠΑ | ΚΩΔ. ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ | | |
| ΕΑ003502 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ | TEM | 1,00 | 180,0000 | | |
| 07ΕΑ003502000001 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ PCR ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MIC REAL TIME PCR ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΔF508 | 24,00 | 41311Α | 223,23 | | |

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

223,23

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ PCR ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MIC REAL TIME PCR ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΔF508 **(κωδικός 07ΕΑ003502000001)**

Παρακαλώ θερμά για την παραγγελία του αναλώσιμου υλικού ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ PCR ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MIC REAL TIME PCR ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΔF508 **(κωδικός 07ΕΑ003502000001)**, όπως συμπεριλάβετε τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. Να είναι κατάλληλα για το σύστημα MIC Real Time PCR.
2. Να εμπεριέχουν ενσωματωμένο λάδι σιλικόνης για βέλτιστη q PCR απόδοση.
3. Να περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα καπάκια.
4. Να παρέχονται σε συστοιχίες (strips) των 4 τεμαχίων.