



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 22-09-2023
Αριθ. Πρωτ. 22460 (5748)

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 26510 99912
e-mail : gpaschos@uhi.gr
Πληροφορίες : Γ.Πάσχος

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές
www.uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια Αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν. 4412/2016 και Ν.4782/2021 όπως ισχύει.
στ. Τα άρθρα 43,44 & 45 του Ν.4605/2019
ζ. Η **3182/22-09-2023** αίτηση προμήθειας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 27-09-2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγμα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

(5748)_ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.Π.Ε. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΜΜΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2023
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 5748
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 22/09/2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 22/09/2023 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ				ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	5599 ΜΕΘ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 6033	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 3182	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αιτ.Προμ.	ΥΛΙΚΟ ΜΕΘ ΜΑΦ. ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ				
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		2816/2023		
	ΑΔΑ		9ΜΟ246906Η-ΓΒ0		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	12 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΘ005001 12ΚΘ005001000001	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ CV-04306 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SELDINGER ΜΕ ROWLER ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ MMCVBJ1142	TEM	200,00 41311Α	9,2000 2.281,63	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.281,63

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

*ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- Καθετήρα
- Συρμάτινο οδηγό (SELDINGER)
- Διαστολέα
- Βελόνα παρακέντησης
- Καθετήρα παρακέντησης
- Διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό.

Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Το υλικό να είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να παραμείνει αποδεδειγμένα στον ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να δημιουργεί επιπλοκές (θρομβώσεις).
- Ο συρμάτινος οδηγός να είναι μαλακός και στα δύο άκρα, το ένα σχήμα j και το άλλο ευθύ με ατραυματικό άκρο και να μην σκαλώνει κατά την είσοδο και έξοδο του καθετήρα.
- Κάθε αυλός του καθετήρα να έχει διακόπτη ροής αίματος ώστε να μην επιτρέπεται η διαφυγή αίματος, η οποία θα είχε κίνδυνο τη μόλυνση του αιτρονοσηλευτικού προσωπικού, παράλληλα όμως να προστατεύει τους ασθενείς με υπογλυκαιμία από αεροβολή.
- Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO - standards και να φέρουν πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE - Mark).