



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ιωάννινα  
Αριθ. Πρωτ.

22 – 09– 2023  
22432

(5710)

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου  
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

[www.uhi.gr](http://www.uhi.gr)

Τηλέφωνο : 2651099912  
Fax : 2651099774  
Πληροφορίες : Π.Τσώλης  
E – MAIL : ptsolis@uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

**ΘΕΜΑ :** Κατάθεση προσφοράς με απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για τις ανάγκες της Β΄ Παθολογικής Κλινικής τού Νοσοκομείου.

**ΣΧΕΤ.:** α. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ  
β. Ν. 2955 / 2001  
γ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.  
δ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.  
ε. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.  
στ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ.1  
ζ. Ν. 4412/2016  
η. Ν. 4605/2019 Άρθρα 43,44,45.  
θ. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36/Α/09-09-2021  
ι. Αίτημα 166(21-09-2023) της Β΄ Παθολογικής Κλινικής

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία της Β΄ Παθολογικής Κλινικής παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 29-09-2023 ημέρα Παρασκευή και 14:00 η μ.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.

8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών).

9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

## ΕΝΤΟΛΗ 5710



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΛΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2023  
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 5710  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 21/09/2023  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 21/09/2023 ΣΕΛΙΔΑ 1

### ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	5338 ΠΑΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Β ΚΛΙΝΙΚΗ / ΤΜΗΜΑ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 609	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 166	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αίτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ				ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		
				ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10024050	ΤΡΟΛΛΕΥ ΑΝΑΚΟΠΗΣ	ΤΕΜ	1,00	1.600,0000	
2010024050000005	ΤΡΟΛΛΕΥ-ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ	24,00	49749Α	1.984,03	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1.984,03

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1.984,03€

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ**

1. Ο σκελετός του τροχήλατου να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένος από χάλυβα βαμμένο με ειδική βαφή πούδρας ιδιαίτερα ανθεκτική σε γρατσουνιές και λεκέδες. Να είναι σύμφωνη με την UNI EN ISO 9002 οδηγία.
2. Τα εξωτερικά μέρη του τροχήλατου να είναι κατασκευασμένα από ειδικό τεχνοπολυμερές πλαστικό υλικό.
3. Να είναι εξολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και να έχει στρογγυλεμένες γωνίες και άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.
4. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ώθησης από ABS υλικό.
5. Στις γωνίες της βάσης να φέρει πλαστικούς προσκρουστήρες για την εξομάλυνση των κραδασμών.
6. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 70x40 cm περίπου. Να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος κάτω από την επιφάνεια εργασίας.
7. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο.
8. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό τουλάχιστον (4) σε σειρά καθ' ύψος συρταριών με το ένα μεγαλύτερο σε μέγεθος στο κάτω μέρος από τα άλλα τρία. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα και να φέρουν ενσωματωμένες εργονομικές χειρολαβές στις μετώπες. Επίσης να διαθέτει κεντρική κλειδαριά και για τα πέντε συρτάρια. Όλα τα συρτάρια να φέρουν προσθαφαιρούμενα κάθετα διαχωριστικά και στις δύο διευθύνσεις τους.
9. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με ράφι στήριξης συσκευών (λχ. απινιδωτή), στατώ ορού με 4 άγκιστρα, κάδο απορριμμάτων πλαστικό αναρτημένο στη μια πλευρά του καροτσιού χωρητικότητας περίπου 15 lit με καπάκι και με εργονομικό άνοιγμα, στεφάνι στήριξης δοχείου αιχμηρών, υποδοχή για στήριξη φιάλης οξυγόνου, και υποδοχή για αποθήκευση καθετήρων.
10. Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125 mm περίπου εκ των οποίων οι δύο με φρένο και οι άλλοι δύο χωρίς φρένο.
11. Συνολικές διαστάσεις: 85x60x105h cm περίπου.
12. Οι αποκλίσεις σε όλες τις διαστάσεις που αναφέρονται να μην υπερβαίνουν το +-5%.
13. Να διαθέτει πιστοποίηση CE.
14. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
15. Να προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.

16. Χρόνος παράδοσης 60 ημέρες.



**Ενδεικτική Φωτογραφία**