

ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.

8. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 5753

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2023
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 5753
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 22/09/2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 22/09/2023 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών			
ΤΜΗΜΑ	4907 ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ		
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 5636	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 2921
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.		ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
Παρατ.Αίτ.Προμ.			
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ		ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	
		ΑΔΑ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	10 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ		

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α0002057	ΙΣΤΟΚΙΤ SILVER IMPREGNATION	TEM	3,00	150,0000	
10Α0002057000001	04-040801 SILVER IMPREGNAT RETICULIN	6,00	41359A	477,03	
Α0002034	ΙΣΤΟΚΙΤ ALCIAN	TEM	3,00	95,0000	
10Α0002034000001	Β092160802 ΙΣΤΟΚΙΤ ALCIAN BLUE PH 2,5	6,00	41359A	302,10	
Α0002039	ΙΣΤΟΚΙΤ FONTANA MASSON	TEM	3,00	112,0000	
10Α0002039000001	001 ΙΣΤΟΚΙΤ FONTANA MASSON	6,00	41359A	356,16	
Α0002046	ΙΣΤΟΚΙΤ MASSON TRICHROME	TEM	3,00	112,0000	
10Α0002046000001	04-010802 MASSON TRICHROME ANIL. BLUE	6,00	41359A	356,16	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.491,45

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1.491,45€

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ
Κ.Α.Α.

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HISTOKITS**Alcian Blue (Ph 2,5) Stain Kit**

Να είναι πλήρες kit και να περιέχει:

A) χρωστική Alcian Blue Ph 2,5 according to Mowry σε διάλυμα οξικού οξέος 1-5%

B) διάλυμα Sodium tetraborate σε αιθανόλη 60-80%, ισοπροπανόλη 5-10%

Γ) Carmalum according to Mayer ή Kernechtrot (nuclear fast red) σε διάλυμα aluminium sulfare 5-10%.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια έως 70 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν τα TECHNICAL DATA SHEETS και τα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Masson Trichrome(Amiline blye) Stain Kit

Να είναι πλήρες και να περιέχει τα διαλύματα Weigerts iron hematoxylin A και B, Picric acid alcoholic solution, Ponceau acid fuchsin, Phosphomolybdic acid και Masson aniline blue.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 35 min και να μην απαιτεί κλιβανισμό σε κανένα στάδιο.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν τα TECHNICAL DATA SHEETS και τα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Masson Fontana Stain Kit

Να είναι πλήρες kit κατάλληλο για τον εντοπισμό της χρωστικής του μελανώματος σε ιστολογικές τομές και να περιέχει

Ammoniacal solution, Potassium permanganate solution, Activation acid buffer, Oxalic acid solution, Sodium thiosulfate solution και Mayers carmalum ή Kernechtrot (nuclear fast red).

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 45-90 min (μη συμπεριλαμβανομένου της ολονύχτιας επώασης).

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν τα TECHNICAL DATA SHEETS και τα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Silver Impregnation for reticulin Stain Kit

Να είναι πλήρες kit και να περιέχει τα διαλύματα Potassium permanganate, Acid activation buffer, Oxalic acid, Ferric ammonium sulphate, Ammoniacal silver, Neutral formalin και Sodium hyposulphite fixing solution.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια έως 35min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν τα TECHNICAL DATA SHEETS και τα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

