



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα	23-02-2024
Αριθ. Πρωτ.	5360

Τμήμα	:	Προμηθειών		
Ταχ. Δ/ση	:	Λ. Στ. Νιάρχου		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr
Τηλέφωνο	:	2651099855		
Fax	:	2651099774		
Πληροφορίες	:	Μ. Μπλέτσα	Κοιν. :	
e- mail	:	mmpletsa@uhi.gr		

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ για τις ανάγκες της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού .
---------------	--

ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	ε. Το με Α/Α 4/11-01-2024 αίτημα της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού
	ζ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45
	η. Το Ν. 4782/2021 όπως ισχύει

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την **05-03-2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00πμ.**

Σημειώνεται ότι :

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

1. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
2. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
3. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
4. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
5. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4413/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
17022000	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	ΓΕΜ	10,00	80,0000
2017022000000003	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	24,00	49749Α	992,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

992,03

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ O₂

1. Το ροόμετρο να προσαρμόζεται σε φιάλες οξυγόνου των οποίων το κλείστρο να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
2. Να έχει συμπαγή κατασκευή μικρών διαστάσεων και όγκου, το δε σώμα του ρυθμιστή να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο επιχρωμιωμένο υλικό και να διαθέτει κοχλιωτή έξοδο με σπείρωμα.
3. Η διάταξη μέτρησης – ρύθμισης της ροής του ροόμετρου να είναι σε l/min. Να ξεκινά από 0,5 l/min και να συνεχίζει αυξανόμενη έως τα 15 l/min. Να διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ON/OFF .
4. Η μέτρηση της ροής να πραγματοποιείται μέσω ροομετρικής στήλης και μπίλιας, με τις ενδείξεις της ροής να βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά της στήλης του ροόμετρου, ώστε να μην αλλοιώνονται από την χρήση και τους καθαρισμούς. Να διαθέτει μανόμετρο ένδειξης πληρότητας φιάλης κλίμακας 0-315 bar.
5. Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου (έξοδος) καθώς και η πίεση βαθμονόμησης (γυαλάκι) να είναι 4 bar (58 psi ή 400 kPa).
6. Η ακρίβεια για την ροή αερίου να είναι σύμφωνα με το ISO 15 002: 2008 και η απόκλιση ένδειξης στην στήλη ροής (γυαλάκι) να είναι +/- 10% ή +/- 0,5 l/min.
7. Να διαθέτει ρυθμιστή πίεσης, μέγιστης πίεσης εισόδου 210 bar με ασφαλιστικό υπερπίεσης στην έξοδο του ρυθμιστή.
8. Το ροόμετρο οξυγόνου να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο inox κατά την είσοδο και ανακουφιστική βαλβίδα.
9. Να διαθέτει και να φέρει πιστοποίηση CE mark.
10. Να υποστηρίζεται με service και ανταλλακτικά.

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

1. Να είναι τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού ή με χημικά μέσα.
2. Να συνδέεται σε ροόμετρα μέσω κοχλιωτού μεταλλικού συνδέσμου με σπείρωμα και να αποσπάται απ' αυτά εύκολα με το χέρι εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη.
3. Η έξοδος του υγραντήρα να είναι διαμέτρου 6 έως 7,5 mm και να περιστρέφεται ελεύθερα για ευκολότερη χρήση.
4. Το δοχείο να είναι διαφανές και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.
5. Να υποστηρίζεται με service και ανταλλακτικά
6. Να διαθέτει σήμανση CE
7. Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 180-250 ml.
8. Η επιτρεπόμενη μέγιστη ροή αερίου να είναι άνω των 15 L/min και η μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί να είναι 5 bar.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κ.α.α**

Γ.ΓΡΑΒΑΝΗΣ