



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**6<sup>η</sup> Υ.ΠΕ**  
**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**Ιωάννινα 23-02-2024**  
**Αριθ. Πρωτ. 5366**

Γραφείο : Προμηθειών  
 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

**ΠΡΟΣ:**

**Υποψήφιους προμηθευτές**  
**ΥΗΙ**  
**ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

Τηλέφωνο : 2651099855  
 E-mail : pmichaloroulou@uhi.gr  
 Πληροφορίες : Π. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

**Κοιν. :** Γραμματεία Νοσοκομείου.

<b>ΘΕΜΑ :</b>	Κατάθεση προσφορών με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών για την προμήθεια υλικών για τη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου.
<b>ΣΧΕΤ.:</b>	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα.
	η.Το με αριθμ.448/23-01-2024 (εντολή 942) αίτημα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια υλικών με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 01-03-2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά**.

Σημειώνεται ότι:

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2024  
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 942  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 08/02/2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 08/02/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1

**ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών			
ΤΜΗΜΑ	4429 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ		
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2024 672	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2024 448
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.		ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
Παρατ.Αιτ.Προμ.			
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		
	ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	12 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ		

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΧ001007	ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	50,00	13,4500	
12ΥΧ001007000002	ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 95ΜΜ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22ΜΜ	24,00	41311Α	833,93	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 833,93

**ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :**

- ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
- LATEX FREE
- ΜΕ ΛΑΒΗ (ΕΝΙΑΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ) ΥΠΟ ΑΑΜΒΛΕΙΑ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ
- ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
- ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΑΜΒΛΥ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ.
- ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΥΡΟΥΣ
  - ΜΗΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΚΟΣ) : 65-80mm
  - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 18-23mm
- ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΕΥΘΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΞΟ ΑΚΡΟ (STRAIGHT AND BEVELED)
- ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ :
  - ΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ (ΜΕ ΕΝΕΩΜΑΤΩΜΕΝΑ LED ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ) . ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΑ 20 ΛΕΠΤΑ.
  - ΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PEN ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
καα

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ