



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 04-06-2024
Αριθ. Πρωτ. 15332 (3704)

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 26510 99912
e-mail : graschos@uhi.gr
Πληροφορίες : Γ.Πάσχος

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές
ΚΗΜΔΗΣ

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Ν/Χειρουργικής Κλινικής.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν. 4412/2016 και 4782/2021 όπως ισχύει.
στ. Τα άρθρα 43,44 & 45 του Ν.4605/2019
ζ. Η **2392/03-06-2024** αίτηση προμήθειας του Νευροχειρουργικού Χειρουργείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Ν/Χειρουργικής Κλινικής του,

παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 11-06-2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2024
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 3704
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 03/06/2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 03/06/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών			
ΤΜΗΜΑ	5609 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ / ΤΜΗΜΑ		
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2024 3844	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2024 2392
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.		ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
Παρατ.Αίτ.Προμ.	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ		
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ		ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	1433/2024
		ΑΔΑ	ΨΟΣΗ46906Η-ΑΞΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	12 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ		

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
51004002	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ ΑΥΧΕΝΟΣ	TEM	5,00	1,2070	
1251004002000003	ΚΟΒ100 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ S	13,00	41311A	6,86	
51004002	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ ΑΥΧΕΝΟΣ	TEM	10,00	1,1960	
1251004002000004	ΚΟΒ101 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ M	13,00	41311A	13,51	
51004002	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ ΑΥΧΕΝΟΣ	TEM	10,00	1,2070	
1251004002000005	ΚΟΒ102 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ L	13,00	41311A	13,64	
ΚΘ110001	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ	TEM	100,00	0,1600	
12ΚΘ110001000026	ΕΧΔ054-16 ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ+ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΟ16	24,00	41311A	19,84	
ΚΘ110001	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ	TEM	100,00	0,2030	
12ΚΘ110001000025	ΕΧΔ054-14 ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ+ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΟ14	24,00	41311A	25,17	
80003008	ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	TEM	20,00	50,0000	
1280003008000001	ΜΕDTR/8551-5513 ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΠΑΚΛΟΦΑΙΝΗΣ	24,00	41313A	1.240,00	
NX009002	ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 700ML ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΥ ΤΥΠΟΥ GODMAN	TEM	30,00	32,0000	
12NX009002000001	910-116D ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 700ML ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΥ ΤΥΠΟΥ GODMAN 82-1732	24,00	41311A	1.190,40	
ΚΘ104002	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ PCV ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	TEM	4.000,00	0,0980	
12ΚΘ104002000006	670406-000140 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΠΑ ΝΟ14050-20-01441145444-038433110141F051214	13,00	41311A	442,96	
ΚΘ005002	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGAR ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ	TEM	20,00	6,4000	
12ΚΘ005002000003	MLS37345 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ 3 ΑΥΛΩΝ30CMHJ-70300CV-14703CV-703-30CVC-3177CV-15703	13,00	41311A	144,64	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 3.097,02

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ******Δείγμα απαραίτητο****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ****Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:**

1. Καθετήρα
2. Συρμάτινο οδηγό (SELDINGER)
3. Διαστολέα
4. Βελόνα παρακέντησης
5. Καθετήρα παρακέντησης
6. Διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό.

Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Το υλικό να είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να παραμείνει αποδεδειγμένα στον ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να δημιουργεί επιπλοκές (θρομβώσεις).
 - Ο συρμάτινος οδηγός να είναι μαλακός και στα δύο άκρα, το ένα σχήμα j και το άλλο ευθύ με ατραυματικό άκρο και να μην σκαλώνει κατά την είσοδο και έξοδο του καθετήρα.
 - Κάθε αυλός του καθετήρα να έχει διακόπτη ροής αίματος ώστε να μην επιτρέπεται η διαφυγή αίματος, η οποία θα είχε κίνδυνο τη μόλυνση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, παράλληλα όμως να προστατεύει τους ασθενείς με υπογλυκαιμία από αεροβολή.
 - Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO - standards και να φέρουν πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE - Mark).
-