



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ΗΣ</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 03-06-2024  
Αριθ. Πρωτ. 15227 (3710)

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου  
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλέφωνο : 26510 99912  
e-mail : graschos@uhi.gr  
Πληροφορίες : Γ.Πάσχος

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές  
www.uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

**ΘΕΜΑ :** Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Ν/Χειρουργικής Κλινικής.

**ΣΧΕΤ.:** α. Ν.2955/2001  
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.  
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα  
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012  
ε. Ν. 4412/2016 και 4782/2021 όπως ισχύει.  
στ. Τα άρθρα 43,44 & 45 του Ν.4605/2019  
ζ. Η **2387/31-05-2024** αίτηση προμήθειας της Ν/Χειρουργικής Κλινικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Ν/Χειρουργικής Κλινικής του, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 10-06-2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

(3710)ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6Η Υ.Π.Ε. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2024  
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 3710  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 03/06/2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 03/06/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1

## ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	5609 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ / ΤΜΗΜΑ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2024 3841	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2024 2387	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αίτ.Προμ.	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			1436/2024		
	ΑΔΑ			6ΛΦΚ46906Η-818		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΑ001115 07ΡΑ001115000001	ΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 0Μ.Ρ.75CM Μ.Β.26MM	TEM	100,00	0,2700	
	25411 ΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 0 Μ.Ρ.75CM Μ.Β.26MM SK21026B0542HR2610SK00F0126	13,00	41311A	30,54	
ΡΑ003010 07ΡΑ003010000001	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑΝΟ 2/0 Μ.Ρ.75CM Μ.Β.45MM	TEM	100,00	1,0000	
	517 ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΝΟ 2/0 Μ.Ρ.75CM Μ.Β.45MMNL32045F4NL22045F4100-633DS4520	13,00	41311A	113,00	
ΓΧ004005 07ΓΧ004005000001	ΔΟΧΕΙΑ ΟΥΡΟΣ/ΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 200ML-500ML ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 2000CC-5000CC	TEM	20,00	2,4500	
	20090625 ΟΥΡΟΣ/ΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 500CC 673084111081-420425-S301342-8042201,001.004313UR-013	24,00	41311A	60,76	
ΑΝ014006 07ΑΝ014006000005	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑ ΜΕ CUFF ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	TEM	50,00	39,9000	
	100/800/085 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑ ΜΕ CUFF ΝΟ 8,5	13,00	41311A	2.254,35	
ΑΝ014006 07ΑΝ014006000004	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑ ΜΕ CUFF ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	TEM	50,00	4,7500	
	100/800/080 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑ ΜΕ CUFF ΝΟ 8	13,00	41311A	268,38	
ΑΝ014006 07ΑΝ014006000001	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑ ΜΕ CUFF ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	TEM	10,00	2,8800	
	100/800/060 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑ ΜΕ CUFF ΝΟ 6	24,00	41311A	35,71	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.762,74

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

\*\*Δείγμα απαραίτητο

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ:**

1. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από σχετικά μαλακό διαφανές θερμοευαίσθητο PVC με ακτινοσκιερή γραμμή κατά μήκος.
  2. Ο αεροθάλαμος Cuff να είναι μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης
  3. Ο εσωτερικός οδηγός τοποθέτησης να φέρει κατά μήκος οπή για υποδοχή του σύρματος τύπου J.
  4. Να φέρει άνωθεν του cuff αυλό που καταλήγει εξωτερικά σε υποδοχή για συνεχή ή διακεκομμένη αναρρόφηση των εκκρίσεων άνωθεν του cuff-υπογλωττιδικά.
  5. Να έχει Cuff ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ώστε να αυξομειώνεται όσο το δυνατό λιγότερο η πίεση που δέχεται η τραχεία.
  6. Όταν το Cuff είναι ξεφούσκωτο να μην εξέρχει από το σωλήνα, ώστε να μην γίνεται δύσκολη και να είναι ατραυματική η εισαγωγή και η αφαίρεση του σωλήνα.
-