



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 05-02-2025
Αριθ. Πρωτ. 3137
(556)

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr
Τηλέφωνο : 2651099560
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π. Πάκου Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για το χειρουργείο του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001 β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11. γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012 ε. Ν. 4412/2016 στ, Ν. 4605/19 αρθ. 43,44,45 ζ. Η 393/28-01-2025 αίτηση προμήθειας το χειρουργείο. η, Ν. 4782/2021 όπως ισχύει

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για **το χειρουργείο** του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική **έγγραφο κλειστή προσφορά** έως την **ΤΕΤΑΡΤΗ 12-02-2025 και ώρα 10.30 π.μ.** Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες **εντός τριών (3)** ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
- 6 Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
ΓΧ002044 07ΓΧ002044000002	ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	50,00	9,6400
	MEBS200 ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FEP857080E213255VER09E213250M10HWWB BD-TSG-01 LM-SB80LM-SB100SL-CFEP136080QW- AS-4BBD-TSG-01	24,00	41311A	597,71
ΓΧ002045 07ΓΧ002045000002	ΠΛΕΓΜΑΤΑ	ΤΕΜ	20,00	3,9000
	TVML611-TMM611 ΠΛΕΓΜΑΤΑ 6X11CMDM611PM0611P0611P01003LM66- 1L,DM611, 07-0100	13,00	41311A	88,14
ΓΧ002045 07ΓΧ002045000001	ΠΛΕΓΜΑΤΑ	ΤΕΜ	5,00	14,7700
	P3030 ΠΛΕΓΜΑΤΑ 30X30 PM3030 P2020DM3030P01015	13,00	41311A	83,45
ΓΧ004607 07ΓΧ004607000001	ΣΤΥΛΕΟΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ	ΤΕΜ	20,00	54,0000
	ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (> 3 ΩΡΩΝ)	24,00	41311A	1.339,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:				2.108,50

Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτροχειρουργικών στυλεών διαθερμίας για ανοιχτές επεμβάσεις:

1. Ο υπό προμήθεια στυλεός, να διαθέτει ειδικό εργονομικό σχήμα για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χειρουργού.
2. Ο υπό προμήθεια στυλεός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χειρουργό σε τρεις (3) θέσεις συγκράτησης.
3. Το καλώδιο για την σύνδεσή του με την διαθερμία να είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα στον σωλήνα αναρρόφησης καπνού.
4. Να διαθέτει μεγάλα κομβία ενεργοποίησης για ευκολία χρήσης.
5. Να διαθέτει λαβή ασφαλείας για άνεση και έλεγχο.
6. Να διαθέτει διάφανο στόμιο αναρρόφησης καπνού που να περικλείει το ηλεκτρόδιο για μέγιστη αναρρόφηση του καπνού χωρίς να περιορίζει την ορατότητα στο χειρουργικό πεδίο.
7. Να είναι ικανό να αναρροφά τον καπνό στο σημείο που δημιουργείται.
8. Τα κομβία να διαθέτουν χρωματικό κώδικα και απτή ένδειξη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας της διαθερμίας.
9. Να διαθέτει ενσωματωμένο κονέκτορα που να περιστρέφεται ελεύθερα κατά 360 μοίρες, για να μειώνει ακόμα περισσότερο την ροπή στον στυλεό.
10. Δυνατότητα επεκτάσεων για ηλεκτρόδια 10 και 15 εκατοστών.
11. Να προσφέρεται πλήρες, χωρίς να απαιτείται συναρμολόγηση.
12. Να διαθέτει απαραίτητα ηλεκτρόδιο με επικάλυψη αντικολητικού υλικού PTFE για την μείωση της δημιουργίας εσχάρας, αλλά και θήκη.

13. Συνοδός εξοπλισμός
14. Να είναι συμβατό με διάφορους τύπους συσκευών αναρρόφησης καπνού.
15. Να διαθέτει τουλάχιστον 3 μέτρα καλώδιο και σωλήνα.
16. Να διατίθεται σε διπλή συσκευασία αποστείρωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ