



Ιωάννινα 16-04-2025

Αριθ. Πρωτ. 9991

Γραφείο : Προμηθειών
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο : 2651099855
E-mail : pmichalopoulou@uhi.gr
Πληροφορίες : Π. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Κοιν. :

Υποψήφιους προμηθευτές
UHI

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφορών με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών για την προμήθεια υλικών για τη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα.
	ε. Το με αριθμ.2937/16-04-2025 (εντολή 2819) αίτημα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια υλικών με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 28-04-2025, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά.**

Σημειώνεται ότι:

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2025
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 2819
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 16/04/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 16/04/2025 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ			ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών				
ΤΜΗΜΑ	4429 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ			
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2025 4061	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2025 2937	ΠΑΡΑΚ. ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.				
Παρατ.Αιτ.Προμ.				
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			
	ΑΔΑ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ			

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΧ006001	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΤΕΜ	2.000,00	1,1200	
07ΓΧ0060010000001	C205ΜΤΗ ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,95CM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ	24,00	41311Α	2.777,63	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.777,63

ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

1. Να έχει ενσωματωμένο επιστόμιο με "ωοειδές σχήμα" για να επιτρέπει επαρκή απόφραξη του στόματος αποφεύγοντας πιθανές διαρροές.
2. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις αναπνευστικές δοκιμασίες.
3. Να είναι συμβατό με τις συσκευές αναπνευστικών δοκιμασιών: Viasys- Jaeger και Smartptf Spiro USB Medical Equipment Europe.
4. Η αποδοτικότητα φιλτραρίσματος τόσο για τους ιούς όσο και για τα βακτήρια να είναι 99.9%.
5. Η αντίσταση ροής να είναι <0.87 cm H₂O/(L/s).
6. Να έχει μικρό νεκρό χώρο.
7. Να έχει εξωτερική διάμετρο 32 mm.
8. Να έχει μεγάλο πλαστικό στεφάνι ώστε να είναι εύκολη η απόρριψη του από το χρήστη.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
καα

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ