



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 27-5-2025
Αριθ. Πρωτ. 14533 (3548)

Γραφείο : Προμηθειών
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ www.uhi.gr

Τηλέφωνο : 2651099560-537
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π.ΠΑΚΟΥ

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	ε.Το αριθμ. 3772/26-05-2025 αίτημα της ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ στ. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της **02-06-2025, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά**.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται **στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι**.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται

οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. **6.**Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους

3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν. **7.** Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ

166/5-06-2003.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ100002 12ΣΕ1000020000001	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1212 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΤ/ΚΗΣ ΔΙΑΤΡ.ΘΕΡΜ. ΠΥΚΝ. 0,5-0,80CAL/MLΛΙΠΗ GR/100MLΥΔΑΤ. GR/100MLΠΡΩΤ.20-30ΩΣΜΟΤ.140- 300ΜΟΣΜ/L7577221 7036221	ΤΕΜ 6,00	100,00 41311Α	5,4000 572,43
ΣΕ100015 12ΣΕ1000150000001	ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 001 ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ7381221/102715	ΤΕΜ 6,00	100,00 41311Α	3,5000 371,00
51007038 12510070380000002	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΓΕΛΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 2 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΓΛΟΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 2%	ΤΕΜ 13,00	25,00 41311Α	6,2700 177,13
ΚΘ004008 12ΚΘ0040080000004	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΣ 5000N/200573 ΤΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΣ	ΤΕΜ 13,00	30,00 41311Α	0,9750 33,05
ΗΠ016054 12ΗΠ0160540000001	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ OLUMPUS-FUJI-STORZ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΪΔΕΣ 10003042/SEKUSE ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ OLUMPUS-FUJI-STORZ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΪΔΕΣNCX010870043	ΤΕΜ 6,00	3,00 41311Α	47,0000 149,46
ΩΡ004200 12ΩΡ0042000000001	ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO-ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Μ.Χ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ MONITOR 8403ΖΚΧ 8403ΖΚΧ ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO-ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Μ.Χ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ MONITOR 8403ΖΚΧ	ΤΕΜ 24,00	2,00 41311Α	400,0000 992,00
ΩΡ004020 12ΩΡ0040200000001	ΑΝΑΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΩΤΟΣ/ΡΙΝΟΣ Μ.Χ. ΚΥΡΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ NO34578 NO3 ΑΝΑΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΩΤΟΣ/ΡΙΝΟΣ Μ.Χ. ΚΥΡΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ NO3SPG-301010SPG-3014030SPG-302014	ΤΕΜ 24,00	30,00 41311Α	4,3000 159,96

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.455,03

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
51007030 12510070300000001	ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΜΕ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ ΑΡΓΥΡΟ 3Χ44CM ΠΕΡΙΠΟΥ 001 ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΜΕ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ ΑΡΓΥΡΟ 3Χ44CM ΠΕΡΙΠΟΥ3780	ΤΕΜ 13,00	10,00 41311Α	6,6500 75,18
51001100 12510011000000001	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1MG/CM2 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ10 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1MG/CM2 ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 10Χ10CM	ΤΕΜ 13,00	15,00 41311Α	4,3000 72,89

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

148,07

ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ STICK ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΔΥΚΤΙΟ

ΗΠ016054 Να είναι ενζυμικά και να γαλακτοματοποιούν (emulsify) τα λίπη. Να διαλύουν το πρωτεϊνικό υλικό (αίμα, κόπρανα, πύον, σίελο, κ.λ.π.). Η θερμοκρασία για αποτελεσματική δράση να είναι $< 45^{\circ}\text{C}$.

Να μην είναι ιωδοφόρα και να μην περιέχουν χλωρεξιδίνη. Να μην είναι οξειδωτικά, διαβρωτικά, καυστικά, να είναι συμβατά με πλαστικό, μέταλλο και γυαλί και να μην επηρεάζονται από την σκληρότητα του νερού. Να είναι χαμηλού αφρισμού, να ξεπλένονται εύκολα και να μην δημιουργούν υπολειμματικό στρώμα (Biofilm). Με ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH 8-11. Να είναι άχρωμα, άοσμα, φιλικά προς το περιβάλλον και τον χρήστη και να περιέχουν έναν αποτελεσματικό ενυδατικό παράγοντα. Οι συσκευασίες να είναι εύχρηστες (όχι πάνω από 5lit) και να φέρουν δοσομετρική αντλία.

Να έχουν οδηγίες χρήσης και βιβλιογραφία στην Ελληνική γλώσσα τα οποία προέρχονται από ακριβή και πιστή μετάφραση των αρχικών οδηγιών οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζονται. Να έχουν ημερομηνία λήξης και όλες τις προαπαιτούμενες άδειες σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο κυκλοφορίας των απορρυπαντικών (CE mark, Γεν. Χημείο του κράτους.)

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κ.α.α.

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ