



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 02-06-2025
Αριθ. Πρωτ. 15111

Γραφείο	:	Προμηθειών		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr
Τηλέφωνο	:	2651099560		
Fax	:	2651099774		
Πληροφορίες	:	Μ.ΤΑΣΟΥΛΗ	Κοιν. :	Γραμματεία Νοσοκομείου.
email	:	mtasouli@uhi.gr		

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία της ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
	γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	δ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45
	ε.Ν.4782/2021 όπως ισχύει
	στ. Ν.4412/2016
	ζ. Το αριθμ.3859/30-05-2025 αίτημα της Μονάδας Νεογνών του Νοσοκομείου.
	Την αρ. 1393/2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 10-06-2025, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.**

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	5321 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤ.ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2025 5539	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2025 3859	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αίτ.Προμ.					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			1393/2025	
				ΑΔΑ	9ΞΚΑ46906Η-29Ψ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
ΠΔ003005 07ΠΔ003005000002	ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ. 042 ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘ.ΝΕΟΓΝΩΝ	ΤΕΜ 24,00	50,00 41311Α	0,9500 58,93
ΠΔ003005 07ΠΔ003005000001	ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ. 041 ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘ.ΠΡΟΩΡΩΝ	ΤΕΜ 24,00	50,00 41311Α	1,2900 79,98
ΠΔ003025 07ΠΔ003025000002	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ Μ.Χ. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΓΙΑ MONITOR ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ DINAMAM V ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ Μ.Χ. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΓΙΑ ΤΟ MONITOR DINAMAM V 100	ΤΕΜ 24,00	20,00 41311Α	8,5900 213,03
ΠΔ003030 07ΠΔ003030000001	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ Μ.Χ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΠΝΕΥΣΤΗΡΑ FABIAN ACUTRONIC FABIAN ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ Μ.Χ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΠΝΕΥΣΤΗΡΑ FABIAN ACUTRONIC	ΤΕΜ 24,00	30,00 41311Α	59,0000 2.194,80
ΑΝ009001 07ΑΝ009001000013	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΠΟ PVC ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ P61130040 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF NO.4I8050040HTC0140U	ΤΕΜ 24,00	10,00 41311Α	1,2000 14,88
ΑΝ009001 07ΑΝ009001000009	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΠΟ PVC ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 100382-000035 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF NO.3,5 SAFETE CLEAR ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 1CM FREE LATEX DEHP8050035141035	ΤΕΜ 13,00	40,00 41311Α	2,5000 113,00
ΑΝ009001 07ΑΝ009001000010	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΠΟ PVC ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 100382-141030 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF NO3 SAFETY CLEAR ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΝΑ 1CM FREE LATEX DEHP8050030HTC0130U	ΤΕΜ 13,00	40,00 41311Α	2,5000 113,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.787,62

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ

ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ OPTIFLOW JUNIOR)

- Τα ρινικά prongs ανάλογα με το βάρος του νεογνού να προσαρμόζονται στο παρακάτω σελύγγραψης
-

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (OPTIFLOW JUNIOR)

Να είναι μιας χρήσης και να έχει:

- αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ
- βαλβίδα διαφυγής και υποδοχές για έλεγχο του ποσοστού οξυγόνου και της πίεσης που παρέχεται στο νεογνό

Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

- Να καλύπτεται με πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της E.E. με σήμανση CE και ISO.
- Ο αισθητήρας θα πρέπει να εφαρμόζεται στο χέρι ή στο πόδι του νεογνού με σταθερό τρόπο και να μετρά ταυτόχρονα τις παρακάτω παραμέτρους

- Κορεσμό αιμοσφαιρίνης (SpO₂)
- Καρδιακό παλμό (PR)
- Να είναι κατάλληλος για νεογνά βάρους κάτω από 3Kg
- Να είναι κατασκευασμένος από υλικά ελεύθερα latex.
- Να διαθέτει ειδική πιστοποιημένη τεχνολογία Masimo SET για μεγάλη αξιοπιστία μέτρησης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες που ο ασθενής κινείται ή όταν υπάρχει χαμηλή αιμάτωση.
- Να είναι συμβατός με τις συσκευές της Μονάδος Νεογνών οι οποίες διαθέτουν τεχνολογία οξυμετρίας Masimo SET και να διαθέτουν σύνδεσμο τύπου RD.
- Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση συμβατότητας των αισθητήρων από τον κατασκευαστή του οξυμέτρου, η οποία να αναφέρει ότι το προσφερόμενο είδος είναι συμβατό και κατάλληλο για χρήση για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό που αναφέρεται στην αίτηση προμήθειας.
- Σε περίπτωση που το υλικό κατά τη χρήση αποδειχθεί ακατάλληλο ο προμη-θευτής δεσμεύεται για την αντικατάσταση του.
- Ο προμηθευτής να διαθέτει EN ISO 13485 για διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004.
- Να κατατεθεί μετά της προσφοράς δείγμα του προσφερόμενου είδους
- Να προσφερθούν μαζί με τους αισθητήρες και 3 ενδιάμεσα καλώδια SPO₂ (RD SET) με τεχνολογία masimo

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

Σιλικοναρισμένος τραχειοσωλήνας oral /nasal χωρίς cuff σκληρός κατά την διασωλήνωση απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητος για να προσαρμόζεται στην ανατομία του νεογνού με Murphy eye.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ