



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

*Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.*

**03 – 06 – 2025
15175**

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου

: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο : 2651099270,912

Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Διαμάντης Α.
E – MAIL : akdiamantis@uhi.gr

ΠΡΟΣ:

Κοιν. :

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

Υποψήφιους Προμηθευτές

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων της Ιατρικής Γενετικής του Νοσοκομείου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών.

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2955 / 2001
β. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
γ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
δ. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
ε. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
ζ. Ν.4412/2016
η. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36 /Α /09-03-2021
θ. Αίτημα 826 (05-02-2025) , της Ιατρικής Γενετικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία της Ιατρικής Γενετικής παρακαλούμε να κατέθεσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 05-06-2025 ημέρα Πέμπτη και 11 οο π.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.
Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
8. Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος
9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 1376

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6Η Υ.Π.Ε. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853	ΕΤΟΣ:	2025
	Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ:	1376
	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:	25/02/2025
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :	ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 25/02/2025 ΣΕΛΙΔΑ 1		
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ		
ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών		
ΤΜΗΜΑ	5039 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2025 1642	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ. 2025 826
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.	ΠΑΡΑΚ. ΟΧΙ	
Παρατ.Αίτ.Προμ.	ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	588/2025
	ΑΔΑ	ΨΤΧΝ46906Η-Δ91
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ	

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΑ003052 07ΕΑ003052000003	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ PCR ΤΩΝ 0,2ΜΛ0,5ΜΛ1,5ΜΛ2ΜΛ 6530 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ PCR ΤΩΝ 0,5ΜΛ	TEM	20.000,00	0,0240	
		24,00	41311Α	595,23	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

595,23

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

Θέμα: Προδιαγραφές αναλώσιμων υλικών

Παρακαλώ θερμά για την παραγγελία των αναλώσιμων υλικών:

**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΩΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ PCR ΤΩΝ 0,5ml (Κωδικός 07ΕΑ003052000003)**

1. Πλαστικά μικροφιαλίδια φυγοκέντρου τύπου Eppendorf, όγκου 0,5 ml.
2. Να είναι από πολυπροπυλένιο και διαυγή.
3. Να έχουν κωνικό πυθμένα και επίπεδο καπάκι (flat cap).
4. Να είναι κατάλληλα για PCR, ελεύθερα από DNase/RNase και αναστολείς PCR.
5. Να διατηρούν τη σταθερότητα με τις θερμοκρασιακές μεταβολές και να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης και κρυοσυντήρησης (-20°C).
6. Να σταλούν δείγματα για δοκιμή.