



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

*Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.*

**03 – 06 – 2025
15181**

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου

: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο : 2651099270,912

Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Διαμάντης Α.
E – MAIL : akdiamantis@uhi.gr

ΠΡΟΣ:

Κοιν. :

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

Υποψήφιους Προμηθευτές

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων της Ιατρικής Γενετικής του Νοσοκομείου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών.

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2955 / 2001
β. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
γ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
δ. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
ε. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
ζ. Ν.4412/2016
η. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36 /Α /09-03-2021
θ. Αίτημα 758 (05-02-2025) , της Ιατρικής Γενετικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία της Ιατρικής Γενετικής παρακαλούμε να κατέθεσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 05-06-2025 ημέρα Πέμπτη και 11 οο π.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.
Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
8. Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος
9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 1370

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		ΕΤΟΣ: 2025	
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ		Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 1370	
6Η Υ.Π.Ε. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ		ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 25/02/2025		
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ		
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 25/02/2025 ΣΕΛΙΔΑ 1				

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ				
ΕΠΙΤΡΟΠΗ				ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών				
ΤΜΗΜΑ	5039 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ			
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2025 1634	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2025 758	ΠΑΡΑΚ. ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.				
Παρατ.Αιτ.Προμ.	ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		ΑΔΑ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	10 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ			

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΚ013008 10ΜΚ013008000002	ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΜ.ΠΚΟΥ RNA ΑΠΟ 140ML ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ SILICA-GEL MEMBRANE ΣΕ SPIN-COLUMN	ΤΕΜ	5,00	385,0000	
	K182002 PURELINK GENOMIC DNA KIT 250 250RXN	6,00	41359A	2.040,53	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.040,53

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές αντιδραστηρίων για το αντιδραστήριο
PURELINK GENOMIC DNA KIT 250 RXN (κωδικός 10MK013008000002)**

Παρακαλώ θερμά για την παραγγελία του αντιδραστηρίου PURELINK GENOMIC DNA KIT 250 RXN (κωδικός 10MK013008000002) όπως λάβετε υπόψη τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

1. Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από αρχικό δείγμα πλήρους αίματος (ανθρώπου ή ζώων, φρέσκο ή παγωμένο) και άλλων βιολογικών υγρών.
2. Να είναι κατάλληλο για απομόνωση DNA από ≤ 200 μ l αρχικού δείγματος αίματος
3. Να είναι κατάλληλο για απομόνωση DNA από αίμα που έχει επεξεργαστεί με citrate, EDTA, heparin, CPDA
4. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns.
5. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας DNA
6. Να δίνει απόδοση DNA 3 μ g-10 μ g από 200 μ l αρχικού δείγματος αίματος
7. Ο όγκος έκλουσης να είναι από 25 μ l έως 200 μ l ώστε σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (αραιά δείγματα, μικρός όγκος δείγματος) να παραλαμβάνεται DNA σε υψηλή συγκέντρωση
8. Η δυνατότητα πρόσδεσης του DNA κατά τη διαδικασία (binding capacity) να είναι η υψηλότερη δυνατή
9. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά.
10. Το εξαγόμενο DNA να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: PCR, Southern blotting, enzymatic reactions.
11. Να περιλαμβάνει όλους τα κατάλληλα αντιδραστήρια: buffers, Proteinase K, RNase, columns, tubes
12. Να διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων

