



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα :10-10-2025

Αριθ. Πρωτ. 26955 (7958)

Γραφείο : Προμηθειών
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΗΙ.GR

Τηλέφωνο : 2651099560-537
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π.ΠΑΚΟΥ

Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για το ΩΡΛ Χειρουργείο του Νοσοκομείου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών.	
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001	
	β. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016	
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ	
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα	
	ε.Το αριθμ.6316/10-10-2025 αίτημα	
	στ. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει	

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 14-10-2025, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά.**

Σημειώνεται ότι :

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται **στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.**
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
4. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
5. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4413/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	4435 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2025 9397	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2025 6316	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αίτ.Προμ.	ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 ΘΥΡΟΕΙΔΕΚΤΟΜΕΣ 1 ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ 4 ΣΤΙΣ 15/10. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΛ				
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		2602/2025		
	ΑΔΑ		9Α2Π46906Η-6ΛΙ		

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
ΩΡ005005	ΘΗΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ	ΤΕΜ	5,00	270,0000
12ΩΡ005005000001	ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΠΡΟΣΠΕΛ. ΜΕ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ(Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.) ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡ. ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ,ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ &ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟADD-031	24,00	41311Α	1.674,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.674,03

Προδιαγραφές Είδους:

1. Θήκη χειρουργικής προσπέλασης με φλουοροσκοπικό υπέρηχο

Να είναι θήκη χειρουργικής προσπέλασης με φλουοροσκοπικό υπέρηχο για την αναγνώριση των παραθυρεοειδών αδένων κατά την διάρκεια θυρεοειδεκτομών, παραθυρεοειδεκτομών και λεμφαδενικών καθαρισμών.

Να είναι έτοιμη προς χρήση σε αποστειρωμένη συσκευασία.

προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΦΛΟΥΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Το σύστημα να αποτελείται από :

- 1) Φλουοροσκοπική κάμερα με ειδική κεφαλή.
- 2) Μόνιτορ – ηλεκτρονικό υπολογιστή 23.8" (1920 x 1080) με οθόνη αφής και προεγκατεστημένο λογισμικό απεικόνισης, καταγραφής και αρχειοθέτησης.
- 3) Τροχήλατο σύστημα τοποθέτησης, με δύο ράφια, καλάθι και σύστημα στήριξης μόνιτορ – Η/Υ τύπου vesa.

Η ειδική κεφαλή να είναι εφοδιασμένη με laser class 1 το οποίο να εκπέμπει ακτινοβολία σε μήκος κύματος 750nm και λυχνίες LED ώστε μέσω της ειδικής κονσόλας να ανιχνεύει ακτινοβολία στο φάσμα των υπερύθρων αποδίδοντας φλουοροσκοπική εικόνα υψηλής ευκρίνειας του χειρουργικού πεδίου σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του συστήματος.

Χάρη στην ιδιότητα των παραθυρεοειδών αδένων και των λεμφαδένων να εκπέμπουν ακτινοβολία (φαινόμενου αυτοφθορισμού) η χειρουργική ομάδα χρησιμοποιώντας διεγχειρητικά την ειδική κεφαλή να ανιχνεύει και να απεικονίζει με ακρίβεια τους παραθυρεοειδείς αδένες και να επιβεβαιώνει την θέση και την ακεραιότητά τους κατά την διάρκεια της επέμβασης όπως επίσης να ανιχνεύει και επιβεβαιώνει τους λεμφαδένες διασφαλίζοντας την ορθή αφαίρεση αυτών όταν κρίνεται απαραίτητο.

Το σύστημα να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά αφαίρεσης αδενωμάτων παραθυρεοειδών για τον εντοπισμό και την επιβεβαίωση αυτών, καθώς και σε περιστατικά θυρεοειδεκτομής όπως επίσης και σε λεμφαδενικούς καθαρισμούς τραχήλου για τον εντοπισμό, επιβεβαίωση και διασφάλιση της ακεραιότητας των παραθυρεοειδών αδένων και την αποφυγή υπασβεστιαϊκής μετεγχειρητικά.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κ.α.α.

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ