



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**Ιωάννινα 16-10-2025
Αριθ. Πρωτ. 27582**

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099560
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Μ.Τασούλη

ΠΡΟΣ:

**Υποψήφιους προμηθευτές
uhi.gr**

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες της Κεντρικής αποστείρωσης

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει
στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
η. Η 119/14-10-2025 αίτηση προμήθειας της Κεντρικής Αποστείρωσης.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Κεντρικής Αποστείρωσης, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 22-10-2025, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο **δείγμα & επίσημο PROSPECTUS** για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα **δείγματα & επίσημο PROSPECTUS** δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	4431 ΝΟΣ. ΤΜ. ΚΕΝΤΡ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2025 2837	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2025 119	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αίτ.Προμ.					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ			ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	2804/2025	
			ΑΔΑ	ΡΕΟ146906Η-ΡΚΥ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	18 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
22003045 1822003045000001	ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	LT	80,00	13,3000
	ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	6,00	41381Α	1.127,87
22003018 1822003018000001	ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ THERMOSEPT ΝΚΖ	LT	50,00	12,0000
	ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	24,00	41381Α	744,00
22003036 1822003036000001	ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΧΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	LT	30,00	7,1500
	ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΧΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	24,00	41381Α	265,98
22003050 1822003050000001	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	LT	20,00	11,9500
	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	24,00	41381Α	296,36

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.434,21

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΤΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

22003018-ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Συμπυκνωμένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων. Να είναι μίγμα οργανικού και ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά, κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόματα

πλυντήρια και για την απομάκρυνση των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνεια των εργαλείων. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. Να δίνεται η τιμή του διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). Να έχουν ημερομηνία λήξης.

22003045-ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ, Ή ΧΛΩΡΙΟ

Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό με απολυμαντικές ιδιότητες (για προαπολύμανση), χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο, μη ιωδοφόρο, για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων. Με αλκαλικό pH 11-13, κατάλληλο για χημικοθερμική απολύμανση. Να είναι μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριδιοκτόνο, ιοκτόνο, εντός το αργότερο 10 λεπτών και σε θερμοκρασίες 50° έως 60° C. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι αίματος, πρωτεϊνών, αποξηραμένων ρύπων. Χαμηλού αφρισμού, να είναι συμβατό με πλυντήρια και με χειρουργικά εργαλεία, παπούτσια χειρουργείου, εργαλεία μικροχειρουργικής και αναισθησιολογικό εξοπλισμό (να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες). Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. Να δίνεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραίωση για το επιθυμητό φάσμα δράσης εντός 10 λεπτών. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). Να έχουν ημερομηνία λήξης.

22003050-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Να είναι ενζυμικά και να γαλακτοματοποιούν (emulsify) τα λίπη. Να διαλύουν το πρωτεϊνικό υλικό (αίμα, κόπρανα, πύον, στέλε, κ.λ.π.). Η θερμοκρασία για αποτελεσματική δράση να είναι < 450C . Να μην είναι ιωδοφόρα και να μην περιέχουν χλωρεξιδίνη. Να μην είναι οξειδωτικά, διαβρωτικά, καυστικά, να είναι συμβατά με πλαστικό, μέταλλο και γυαλί και να μην επηρεάζονται από την σκληρότητα του νερού. Να είναι χαμηλού αφρισμού, να ξεπλένονται εύκολα και να μην δημιουργούν υπολειμματικό στρώμα (Biofilm). Με ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH 8-11. Να είναι άχρωμα, άοσμα, φιλικά προς το περιβάλλον και τον χρήστη και να περιέχουν έναν αποτελεσματικό ενυδατικό παράγοντα. Οι συσκευασίες να είναι εύχρηστες (όχι πάνω από 5lit) και να φέρουν δοσομετρική αντλία . Να έχουν οδηγίες χρήσης και βιβλιογραφία στην Ελληνική γλώσσα τα οποία προέρχονται από ακριβή και πιστή μετάφραση των αρχικών οδηγιών οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζονται. Να έχουν ημερομηνία λήξης και όλες τις προαπαιτούμενες άδειες σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο κυκλοφορίας των απορρυπαντικών (CE mark, Γεν. Χημείο του κράτους.)

22003036-ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΧΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Συμπυκνωμένο υγρό διαβρεκτικό για πλυντήρια εργαλείων με παράγοντες για επιτάχυνση του στεγνώματος των εργαλείων, αποφυγή στιγμάτων πάνω στα εργαλεία και μείωση της θερμοκρασίας στεγνώματος. Να είναι ελεγμένο ως προς την ελάχιστη υπολειμματική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του και να προσκομιστεί αντίστοιχη μελέτη σύμφωνα με το ISO 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. Να δίνεται κόστος διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). Να έχουν ημερομηνία λήξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για τα προσφερόμενα προϊόντα να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:

1. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης καθ' ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές .
2. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν (πρωτότυπο εργοστασιακό) και η Ελληνική μετάφραση του.
3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά σήμανσης CE α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα προϊόντα καθώς και τα ISO (9001 ή 9002 , 13485) του εργοστασίου κατασκευής νομίμως επικυρωμένα.
4. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων και Γ.Χ.Κ. για προϊόντα με καθαριστική δράση.
5. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Αγγλικά με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 1907/2006
6. Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο.
7. Για όσα απολυμαντικά προϊόντα είναι συμπυκνωμένα να δίνεται και τιμή μετά την προτεινόμενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον χρόνο επίτευξης αυτού όπως αυτός ορίζεται.
8. Να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων, εργαλείων, πλυντηρίων για την διασφάλιση της ακεραιότητας και της λειτουργικότητας του εξοπλισμού του Νοσοκομείου (εργαλεία, ενδοσκόπια, πλυντήρια) από την χρήση των προσφερόμενων προϊόντων.
9. Θα πρέπει να προσφέρονται δείγματα των προϊόντων, όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών όπως οσμή κ.λπ σε πρωτότυπη συσκευασία (όχι μετάγγιση).
10. Προϊόν που αναφέρει, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης, συστατικά κ.λπ. που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα ξενόγλωσσα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας) θα απορρίπτεται από τον διαγωνισμό.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
