



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 20-11-2025
Αριθ. Πρωτ. 31086 (9318)

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 26510 99855
e-mail : nhamisi@uhi.gr
Πληροφορίες : ΧΑΜΙΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές
www.uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης με τη συλλογή προσφορών, για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Ν/Χειρουργικής Κλινικής.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν. 4412/2016 και 4782/2021 όπως ισχύει.
στ. Τα άρθρα 43,44 & 45 του Ν.4605/2019
ζ. Η **7164/18-11-2025 (ΕΝΤ. 9318)** αίτηση προμήθειας της Ν/Χειρουργικής Κλινικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης με τη συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Ν/Χειρουργικής Κλινικής του,

παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 25-11-2025, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2025
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 9318
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 19/11/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 19/11/2025 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	5609 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ / ΤΜΗΜΑ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2025 10637	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2025 7164	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αίτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ				ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		
				ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝ009100 07ΑΝ009100000004	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ	TEM	30,00	4,7500	
860075 07ΑΝ014006000004	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF NO7,5121610-000075	13,00	41311A	161,06	
ΑΝ014006 07ΑΝ014006000004	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑ ΜΕ CUFF ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	TEM	30,00	4,4000	
100/800/080 121600	100/800/080 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑ ΜΕ CUFF NO 8	13,00	41311A	149,16	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 310,22

****Δείγμα απαραίτητο**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ:

1. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από σχετικά μαλακό διαφανές θερμοευαίσθητο PVC με ακτινοσκιερή γραμμή κατά μήκος.
2. Ο αεροθάλαμος Cuff να είναι μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης.
3. Ο εσωτερικός οδηγός τοποθέτησης να φέρει κατά μήκος σπή για υποδοχή του σύρματος τύπου J.
4. Να φέρει άνωθεν του cuff αυλό που καταλήγει εξωτερικά σε υποδοχή για συνεχή ή διακεκομμένη αναρρόφηση των εκκρίσεων άνωθεν του cuff-υπογλωττιδικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ:

1. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από σχετικά μαλακό διαφανές θερμοευαίσθητο PVC με ακτινοσκιερή γραμμή κατά μήκος.
2. Ο αεροθάλαμος Cuff να είναι μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης
3. Ο εσωτερικός οδηγός τοποθέτησης να φέρει κατά μήκος σπή για υποδοχή του σύρματος τύπου J.
4. Να φέρει άνωθεν του cuff αυλό που καταλήγει εξωτερικά σε υποδοχή για συνεχή ή διακεκομμένη αναρρόφηση των εκκρίσεων άνωθεν του cuff-υπογλωττιδικά.
5. Να έχει Cuff ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ώστε να αυξομειώνεται όσο το δυνατό λιγότερο η πίεση που δέχεται η τραχεία.
6. Όταν το Cuff είναι ξεφούσκωτο να μην εξέρχεται από το σωλήνα, ώστε να μην γίνεται δύσκολη και να είναι ατραυματική η εισαγωγή και η αφαίρεση του σωλήνα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ