



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 15-12-2025
Αριθ. Πρωτ. 33541 (10018)

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 26510 99912
e-mail : graschos@uhi.gr
Πληροφορίες : Γ. Πάσχος

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές
www.uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια Αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν. 4412/2016 και Ν.4782/2021 όπως ισχύει.
στ. Τα άρθρα 43,44 & 45 του Ν.4605/2019
ζ. Η **7590/15-12-2025** αίτηση προμήθειας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 18-12-2025, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2025
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 10018
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 15/12/2025
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 15/12/2025 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	5601 ΜΑΦ - ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2025 11366	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2025 7590	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αίτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ			ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	3745/2025		
			ΑΔΑ	621X46906Η-TBN		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝ014006	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑ ΜΕ CUFF ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	TEM	40,00	24,0000	
07ΑΝ014006000003	100/800/075 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑ ΜΕ CUFF NO 7,5	13,00	41311Α	1.084,83	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1.084,83

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

**** Δείγμα απαραίτητο**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ:

1. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από σχετικά μαλακό διαφανές θερμοευαίσθητο PVC με ακτινοσκιερή γραμμή κατά μήκος.
2. Ο αεροθάλαμος Cuff να είναι μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης
3. Ο εσωτερικός οδηγός τοποθέτησης να φέρει κατά μήκος σπή για υποδοχή του σύρματος τύπου J.
4. Να φέρει άνωθεν του cuff αυλό που καταλήγει εξωτερικά σε υποδοχή για συνεχή ή διακεκομμένη αναρρόφηση των εκκρίσεων άνωθεν του cuff-υπογλωττιδικά.
5. Να έχει Cuff ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ώστε να αυξομειώνεται όσο το δυνατό λιγότερο η πίεση που δέχεται η τραχεία.
6. Όταν το Cuff είναι ξεφούσκωτο να μην εξέρχεται από το σωλήνα, ώστε να μην γίνεται δύσκολη και να είναι ατραυματική η εισαγωγή και η αφαίρεση του σωλήνα.