



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.**

**14/01/2026
694**

(247)

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

**ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.uhi.gr
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**

Τηλέφωνο : 2651099912
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π.Τσώλης
E – MAIL : ptsolis@uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς για προμήθεια, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με την συλλογή προσφορών, αναλώσιμου υλικού, για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Εργαστηρίου.

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ
β. Ν. 2955 / 2001
γ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
δ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
ε. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
στ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
ζ. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
η. Ν. 4605/2019 Άρθρα 43,44,45.
θ. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36/Α/09-09-2021
ι. Ν. 4782/2016
ια. Ν. 4865/2025
ιβ. Ν. 5218/2025
ιγ. Αίτημα 93(09-01-2026) του Ακτινολογικού Εργαστηρίου .

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά, βάση τιμής, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία **ΤΟΥ Ακτινολογικού Εργαστηρίου** παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 20-01-2026 ημέρα Τρίτη και 14 η π.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
7. Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.
8. Η διαπραγματεύση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Π.Τ.).

ΕΝΤΟΛΗ 247



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2026
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 247
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 14/01/2026
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 14/01/2026 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	4925 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 187	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 93	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αίτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΧ001502 07ΓΧ001502000002	ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	TEM	40,00	45,0000	
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ- ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ	24,00	823020300000	2.232,03	
ΓΧ001502 07ΓΧ001502000001	ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	TEM	10,00	22,0000	
	ΒΕΛΟΝΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ- ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ	24,00	823020300000	272,80	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.504,83

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.504,83€

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

Προδιαγραφές αυτόματο – ημιαυτόματο πιστόλι βιοψίας μαστού

1. Το πιστόλι βιοψίας να είναι κατάλληλο για χρήση σε μαστό με δυνατότητα αυτόματης και ημιαυτόματης λειτουργίας λήψης δειγμάτων ιστοτεμαχίου.
2. Η όπλιση του πιστολιού να γίνεται απαραίτητως με τη χρήση του ενός χεριού.
3. Το άκρο της βελόνης να είναι σχεδιασμένο σε μορφή τριών εδρών – πλευρών ώστε να διευκολύνεται η διείσδυση της βελόνας κατά την εκτίναξη εντός της βλάβης.
4. Να υπάρχει πάνω στο πιστόλι επιλογή μεγέθους του δείγματος της βιοψίας με αντίστοιχο επιλογέα 18mm ή 25mm.
5. Να διαθέτει οπτική ένδειξη κατάστασης της βελόνας (οπλισμένη ή μη).
6. Να διαθέτει ηχογενή ζώνη στο άκρο της βελόνας ώστε να διασφαλίζεται η ορατότητα υπό την καθοδήγηση υπερήχου.
7. Να έχει διαβάθμιση ανά εκατοστό κατά μήκος της βελόνας ώστε να επιτρέπει την μέτρηση του βάθους εισαγωγής.
8. Το πιστόλι να διαθέτει ελατήριο ικανής δύναμης για σκληρούς όγκους.
9. Να διατίθεται σε μεγέθη βελόνας 12G, 14G, 16G και μήκη 10cm, 13cm, 16cm.

Προδιαγραφές αναλώσιμης βελόνας βιοψίας για πιστόλι πολλαπλών χρήσεων

1. Να είναι συμβατή για χρήση σε πιστόλι πολλαπλών χρήσεων Evocore και Magnum.
2. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
3. Το άκρο της βελόνης να είναι σχεδιασμένο σε μορφή τριών εδρών – πλευρών ώστε να διευκολύνει την διείσδυση της βελόνας κατά την εκτίναξη εντός της βλάβης.
4. Να διαθέτει ικανοποιητική ηχογένεια υπό την καθοδήγηση υπερήχου.
5. Να διαθέτει κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα που να μειώνει τον κίνδυνο εισαγωγής αίματος στο πιστόλι.
6. Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα που να μειώνει τον κίνδυνο απώλειας αποστείρωσης όταν ανοιχθεί από την συσκευασία.
7. Να έχει διαβάθμιση ανά εκατοστό ώστε να επιτρέπει την μέτρηση του βάθους εισαγωγής.
8. Να είναι κατάλληλη για λήψη βιοψίας μαλακών μορίων όπως ήπαρ, νεφρό, πάγκρεας, πνεύμονα, μαστό και προστάτη.
9. Να διατίθεται σε διαμέτρους 12,14,16 και 18G και μήκη 10,13,16,20,25 και 30cm