



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23-01-2026

Αριθ. Πρωτ. 1781

Γραφείο	:	Προμηθειών		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ UHI.GR
Τηλέφωνο	:	2651099560		
Fax	:	2651099774		
Πληροφορίες	:	Μ.ΤΑΣΟΥΛΗ	Κοιν. :	Γραμματεία Νοσοκομείου.
email	:	mtasouli@uhi.gr		

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία της ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ του Νοσοκομείου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
	γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	δ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45
	ε.Ν.4782/2021 όπως ισχύει
	στ. Ν.4412/2016, Ν.5218/2025, Ν.4865/2025
	ζ. Το αριθμ.502/21-01-2026 αίτημα της Μονάδας Νεογνών του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 28-01-2026, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά**.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν

θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο **δείγμα & επίσημο PROSPECTUS** για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν

7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	5321 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤ.ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 728	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 502	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αίτ.Προμ.					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			236/2026	
	ΑΔΑ			6Τ7Κ46906Η-4ΗΗ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
ΠΔ003025 07ΠΔ003025000002	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ Μ.Χ. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΓΙΑ MONITOR ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΔΙΝΑΜΑΜ V ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ Μ.Χ. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΓΙΑ ΤΟ MONITOR ΔΙΝΑΜΑΜ V 100	TEM	30,00	8,5900
		24,00	323020300000	319,58
ΠΔ003023 07ΠΔ003023000001	ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 2 ΣΕ 1 BGC350 ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 2 ΣΕ 1 0-3 ΜΗΝΩΝ ΧΩΡΙΣ PARABEN-ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ BENZOΪΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ BGC750	TEM	50,00	4,1500
		6,00	323020300000	219,95

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

539,53

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

- Να καλύπτεται με πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της Ε.Ε. με σήμανση CE και ISO.
- Ο αισθητήρας θα πρέπει να εφαρμόζεται στο χέρι ή στο πόδι του νεογνού με σταθερό τρόπο και να μετρά ταυτόχρονα τις παρακάτω παραμέτρους

- Κορεσμό αιμοσφαιρίνης (SpO₂)
- Καρδιακό παλμό (PR)
- Να είναι κατάλληλος για νεογνά βάρους κάτω από 3Kg
- Να είναι κατασκευασμένος από υλικά ελεύθερα latex.
- Να διαθέτει ειδική πιστοποιημένη τεχνολογία Masimo SET για μεγάλη αξιοπιστία μέτρησης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες που ο ασθενής κινείται ή όταν υπάρχει χαμηλή αιμάτωση.
- Να είναι συμβατός με τις συσκευές της Μονάδος Νεογνών οι οποίες διαθέτουν τεχνολογία οξυμετρίας Masimo SET και να διαθέτουν σύνδεσμο τύπου RD.
- Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση συμβατότητας των αισθητήρων από τον κατασκευαστή του οξυμέτρου, η οποία να αναφέρει ότι το προσφερόμενο είδος είναι συμβατό και κατάλληλο για χρήση για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό που αναφέρεται στην αίτηση προμήθειας.
- Σε περίπτωση που το υλικό κατά τη χρήση αποδειχθεί ακατάλληλο ο προμηθευτής δεσμεύεται για την αντικατάστασή του.
- Ο προμηθευτής να διαθέτει EN ISO 13485 για διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004.
- Να κατατεθεί μετά της προσφοράς δείγμα του προσφερόμενου είδους
- Να προσφερθούν μαζί με τους αισθητήρες και 3 ενδιάμεσα καλώδια SPO₂ (RD SET) με τεχνολογία masimo

Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
καα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ