ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 05-02-2026
Αριθ. Πρωτ. 3109

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099854
Email : nhamisi@uhi.gr
Πληροφορίες : Νικολέτα Χαμίση

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ www.uhi.gr

Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου**.**

ΘΕΜΑ :	**Κατάθεση προσφοράς προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών Αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Χειρουργείου του Νοσοκομείου**
ΣΧΕΤ.:	**α.** Ν.2955/2001 **β.** Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11. **γ.** Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα **δ.** Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012 **ε.** Ν. 4412/2016 **στ**, Ν. 4605/19 αρθ. 43,44,45 **ζ.** Η **892/03-02-2026 (ΕΝΤ. 1315**) αίτημα προμήθειας **του Χειρουργείου**. **η.** Ν. 4782/2021 όπως ισχύει **θ.** Ν. 5218/2025 **ι.** Ν. 4865/2025

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με διαγωνισμό με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για **το Χειρουργείο** του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά** έως την **ΤΡΙΤΗ 10-02-2026 και ώρα 11.00 π.μ.**

Σημειώνεται ότι:

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες **εντός τριών (3)** ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6 Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ:	2026
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ:	1315
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:	04/02/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 04/02/2026 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ				ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	02/02/2026
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	4435 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 1223	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 892	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αίτ.Προμ.	ΑΜΦΩ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ				
ΑΣΘΕΝΗΣ	24001018				
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ		ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			
		ΑΔΑ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	12 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
ΥΧ006104	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ	ΤΕΜ	2,00	330,0000
12ΥΧ006104000008	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΛΕΓΜΑ (ΑΡ. Η΄ΔΕΞ.) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΠΟΡΩΝ:1,1Χ1,6ΜΜ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:13Χ9CM &15Χ10CM DXT1510AL-AR	13,00	323020300000	745,83
ΥΧ003006	ΤΡΟΚΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5-12ΜΜ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ CO2 3 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜ	1,00	420,0000
12ΥΧ003006000002	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ. (ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΦΛΟΥ 10ΜΜ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙ ΔΗΜ. ΧΩΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ) SMBTTOVLX-RNDX	24,00	323020300000	520,80

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1.266,63

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Ανατομικό τρισδιάστατο πλέγμα αριστερό ή δεξί, λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με ένδειξη πράσινου χρώματος με τα γράμματα ML για διευκόλυνση του προσανατολισμού προς την μέση γραμμή με εύκαμπτο πτερύγιο στο κάτω μεσαίο τμήμα με διάμετρο πόρων 1,1x1,6mm και βάρος > 90gr ανά τετραγωνικό μέτρο , με αυξημένη μνήμη επαναφοράς και διαστάσεις : 16x12cm,15x10cm,13x9cm

α) 13x9cm
β) 15x10cm

2) Σύστημα τροκάρ και μπαλονιού για λαπαροσκοπική δημιουργία χώρου ανάμεσα σε ιστούς. Αποτελείται από τροκάρ τυφλού άκρου 10mm και μπαλόνι δημιουργίας χώρου άμεσης όρασης. Συνδυάζεται σε μια συσκευή για περισσότερη λειτουργικότητα και οικονομία.

α) Στρογγυλού σχήματος

β) Οβάλ σχήματος

Τεχνικέςαπαιτήσεις

1.ΝακατατεθείγιαόλαταείδηπρωτότυποφυλλάδιοοδηγιώντουκατασκευαστήοίκουσταΕλληνικά.

	3.ΗΗμερομηνίαλήξεωςτωνεργαλείωνναείναιάνωτων2ετών.
	4.Ηεπιτροπήτεχνικήςαξιολόγησηςέχειδικαίωμαναζητήσειδείγματαπέραναπόταζητούμενατηςδιακήρυξηςαναυτό θεωρηθείσκόπιμο.Λόγοςαπόρριψηςθα αποτελείτο αποτέλεσμαμετά απόχρήση σεχειρουργείο ήσε προσομοίωσηχειρουργείου.
	5.'Οπουζητείται εργαλείο και ανταλλακτικές κεφαλές είναι απαραίτητη η προσφορά σε όλους τους αύξοντες που περιλαμβάνονται(εργαλείουκαιανταλλακτικώνκεφαλών),επίποινήαπόρριψης.
	6. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνηδήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνικήυποστήριξη τωνπροϊόντωνκαιτηντήρησητωνδιαδικασιώνσεπιθανήανάκληση/απόσυρσηπροϊόντος.
	7.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωσητης κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωσηκατακύρωσηςσύμβασηςστηνπροσφέρουσαεταιρεία,ηκατασκευάστριαθαδεσμευτείνατηνπρομηθεύσειμετη συγκεκριμένηποσότητατωνκατακυρωθέντωνειδώντηςσύμβασης.
	8.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωσητηςκατασκευάστριαςεταιρείαςπουναδηλώνειότιηπροσφέρουσαθαενημερώνεταιγιαόλεςτιςπιθανέςανακλήσεις/απ οσύρσειςπροϊόντων,σχετικέςμεταείδηπουέχειπροσφέρειστοδιαγωνισμό.
	9. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα service για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την κατηγορία Η.
	10.Δήλωσητουκατασκευαστικούοίκουότιταπροϊόνταείναιγνήσιακαιαμεταχείριστα.
	11.Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α. να δηλώσουν ότι διαθέτουν μόνιμαοργανωμένοτμήματεχνικήςυποστήριξης,κατάλληλαεκπαιδευμένου-εξειδικευμένουκαινακαταθέσουνπιστοποιητικόεκπαίδευσηςκαι εξουσιοδότησηαυτού απότον κατασκευαστικόοίκο β.να κατατεθείκατάλογος τωνκυριότερωνπαραδόσεωνμεαναφοράστηναξίατηςσύμβασης,τωνπροσφερόμενωνπροϊόντωνκαιτουςχρόνους παράδοσης.

	12.Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κοινοποιημένα στον ΕΟΦ και να διαθέτουν τον αντίστοιχο κωδικό.
	13. Επι ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος τα πιστοποιητικά: ISO13485, Δήλωση Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό CE, Πιστοποιητικό Σχεδιασμού CE.
	14. Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και οι τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται στους αντίστοιχους καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία να απορρίπτονται.
	15. Σε κάθε α/α στον οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει εξοπλισμό/γεννήτρια για να λειτουργήσει, ομειοδότηςοφείλειναπαραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδόεξοπλισμό δωρεάν προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ