



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.Ε00226.0001
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ιωάννινα	11-03-2026
Αριθ. Πρωτ.	6620

Τμήμα	:	Προμηθειών		
Ταχ. Δ/ση	:	Λ. Στ. Νιάρχου		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Τηλέφωνο	:	2651099855		
Πληροφορίες	:	Μ. Μπλέτσα	Κοιν. :	
e- mail	:	mmpletsa@uhi.gr		

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια Αναρροφήσεων επιτοιχιων κενού για τις ανάγκες της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού.
---------------	--

	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 2286/ 199 5 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2012
	ε. Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
	στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
	ζ. Το Ν. 4782/2021 όπως ισχύει
	Η. Το Ν. 4865/2025 όπως ισχύει
	Θ. Το Ν. 5218/2025 όπως ισχύει
	ι. Το με Α/Α 11/28-01-2026 αίτημα της Αποθήκης Παγίων του Νοσοκομείου

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια Αναρροφήσεων επιτοιχιων κενού με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την **20-03-2026 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00πμ.**

Σημειώνεται ότι :

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός Δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
4. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. Η διάρκεια ισχύος
6. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
8. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο

Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα ή επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα ή επίσημο PROSPECTUS

δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 2.355,78

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
13710200	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΕΝΟΥ	ΓΕΜ	20,00	94,9900
2013710200000002	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΛΗΨΗ ΔΙΝ 13260-2 ΜΗΚΟΥΣ 13CM	24,00	31201890000001	2.355,78

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.355,78

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

Αναρρόφηση επίτοιχιας στήριξης, που να λειτουργεί μέσω του κεντρικού δικτύου κενού και να αποτελείται από ρυθμιστή κενού με ειδικό ταχυσύνδεσμο τύπου DIN 13260-2 και δοχείο υπερχειλίσης . Να διαθέτει τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΝΟΥ

Μεταλλικός, κατάλληλος για λήψεις κενού κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο **DIN 13260 -2** , μήκους **το ανώτερο 13-14 cm**.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΕΝΟΥ

- Να μπορεί να δεχθεί υποπίεση έως 950 mbar και να επιτύχει **αναρρόφηση 80 lit /min**.
- Να διαθέτει μανόμετρο κενού, ευκρινούς κλίμακας 0 έως -1000 mbar με διαβάθμιση ανά 50 mbar βαθμονόμηση ανά 200 mbar και προστατευτικό περίβλημα .
- Να διαθέτει πιεστικό ταχυδιακόπτη με ενδείξεις on-off και χρωματική κωδικοποίηση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση χρήση προρυθμισμένου ύψους κενού και ταχεία διακοπή της διαδικασίας αναρρόφησης.
- ◆ Να διαθέτει μεγάλο και εύχρηστο περιστροφικό ρυθμιστικό διακόπτη συνεχούς ρύθμισης του επιθυμητού ύψους κενού από 0-950 mbar. Ο διακόπτης φέρει ένδειξη της φοράς περιστροφής για αύξηση ή μείωση της δύναμης αναρρόφησης.
- Να διαθέτει έξοδο όπου να είναι εφικτή η σύνδεση ανεξάρτητου δοχείου υπερχειλίσης για την προστασία του.
- Να αναγράφει στοιχεία κατασκευαστή και στοιχεία ιχνηλασιμότητας (serial number ή part number).
- Να φέρει CE mark.
- Να παραδοθούν οδηγίες χρήσεως και συντήρησης στα ελληνικά.

ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

- Να προσαρμόζεται στους ρυθμιστές κενού με το χέρι χωρίς χρήση εργαλείων.
- Να είναι μικρού όγκου , μικρότερο των 100 ml προκειμένου να μην παρεμποδίζει τη χρήση παρακείμενων συσκευών.
- Να διαθέτει βαλβίδα προστασίας από υπερχειλίση, τύπου πλωτήρα.
- Να διαθέτει δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού στους 134° C.
- Να διαθέτει θέση για τοποθέτηση αντιβακτηριακού φίλτρου για επιπλέον προστασία του ρυθμιστή και του δικτύου από τη σχετική υγρασία ,το οποίο να αντικαθίσταται εύκολα .
- Να αναγράφει στοιχεία κατασκευαστή, και να συνοδεύεται από δήλωση του κατασκευαστή για τη συμμόρφωση ως προς την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC (παράρτημα I).
- Να συνοδεύεται από 1 m σωλήνα σιλικόνης 7 x 13 για τη σύνδεσή του με το δοχείο συλλογής .

- Να παραδοθούν οδηγίες χρήσεως και συντήρησης στα ελληνικά.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ