



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.Ε00226.0001

Ιωάννινα 11-05-2026
Αριθ. Πρωτ. 12183

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099854

ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ www.uhi.gr

Πληροφορίες : ΧΑΜΙΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
E-mail : nhamisi@uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ενδοσκοπικής Μονάδας .

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει
στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
η. Ν.5218/2025
θ. Ν.4865/2025
ι. Η αρ. **93/08-05-2026** αίτηση προμήθειας της Ενδοσκοπικής Μονάδας.
κ. Η αρ. **7337/11-05-2026** εντολή προμήθειας

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Ενδοσκοπικής Μονάδας, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 15-05-2026, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα ,ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός σαράντα(40) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
4. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. Η διάρκεια ισχύος
6. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
8. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

- Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγματα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : **1.984,03€**

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2026
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 7337
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 11/05/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 11/05/2026 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ				ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	5412 ΠΑΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 306	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 93	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					
Παρατ.Αίτ.Προμ.					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
13055509 2013055509000001	ΦΟΥΣΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΑΧΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 0,50ΜΜ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ 0,35ΜΜ ΠΙΣΩ	TEM	2,00	800,0000	
	001 ΦΟΥΣΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΑΧΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 0,50ΜΜ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ 0,35ΜΜ ΠΙΣΩ	24,00	31201890000001	1.984,03	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.984,03

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές ατομικού εξοπλισμού ακτινοπροστασίας:

Είδος 1. Φούστα - μπλούζα ακτινοπροστασίας, κατάλληλη για περιμετρική προστασία (εμπρός και πίσω), με ισοδύναμο πάχους μολύβδου 0,50 mm εμπρός και τουλάχιστον 0,35 mm πίσω.

1. Ποδιά ακτινοπροστασίας τύπου "φούστα – μπλούζα" κατάλληλη για χρήση από επεμβατιστές σε ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες πράξεις, ειδικά σχεδιασμένη για περιμετρική – ολόσωμη προστασία (κάλυψη εμπρός και πίσω).
 2. Η φούστα – μπλούζα να προσφέρει ακτινοπροστασία με ισοδυναμία μολύβδου 0,50 mm Pb σε όλο το εμπρός τμήμα του σώματος, και τουλάχιστον 0,35 mm πίσω μέσω πλήρους κάλυψης από τους ώμους και τον λαιμό, μέχρι και κάτω από τα γόνατα.
 3. Η ισοδυναμία μολύβδου σε όλο το εμπρός τμήμα του σώματος (από ώμους και λαιμό μέχρι και κάτω από τα γόνατα) να είναι 0,50 mm Pb, χωρίς να υπάρχουν κενά ή περιοχές με ισοδυναμία 0,35 mm Pb (π.χ. όπως ώμοι, μασχάλες και εμπροσθιοπλαϊνά μέρη κορμού ή ποδιών). Εάν και όπου υπάρχει επικάλυψη τμημάτων της ποδιάς η ισοδυναμία μολύβδου να είναι 1 mm Pb.
 4. Το ακτινοπροστατευτικό υλικό κατασκευής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχοντας την βέλτιστη δυνατή εργονομία και ακτινοπροστασία με το ελάχιστο δυνατό βάρος για τη συγκεκριμένη ισοδυναμία μολύβδου.
 5. Το ακτινοπροστατευτικό υλικό κατασκευής να είναι εύκαμπτο, μη μολυβδόχο, υλικό, μικρού βάρους. Να αναφερθεί η σύνθεση του υλικού (π.χ. βολφράμιο, κασσίτερος, αντιμόνιο κ.α.) και να δοθεί προς αξιολόγηση η επιφανειακή πυκνότητα του υλικού (π.χ. σε kg/m^2 ή αντίστοιχες μονάδες), για την ζητούμενη ισοδυναμία μολύβδου.
 6. Η φούστα - μπλούζα να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα τόσο με το διεθνές πρότυπο IEC 61331-3, 2014, όσο και με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EU 2016/425, και να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
 7. Η απορροφητικότητα και οι ιδιότητες εξασθένησης του υλικού στην ακτινοβολία ακτίνων X να είναι σύμφωνες με το διεθνές πρότυπο IEC 61331-1, 2014.
 8. Η φούστα - μπλούζα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου σχετικά με την απορρόφηση και τις ιδιότητες εξασθένησης που προσφέρει σε ακτινοβολία ακτίνων X στην ενεργειακή περιοχή των ακτινολογικών εφαρμογών (50 – 140 kV). Στο πιστοποιητικό να αναφέρονται οι τιμές εξασθένησης σε κάθε ενέργεια, και στα 80 kV να είναι τουλάχιστον 95% για ισοδυναμία μολύβδου 0,50 mm Pb. Να κατατεθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού στον φάκελο προσφοράς.
 9. Το υλικό ακτινοπροστασίας, μετά το τέλος ωφέλιμης χρήσης του, να μην απαιτεί ειδική διαχείριση διάθεσης ή απόσυρσης, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
 10. Το εξωτερικό υλικό να είναι αδιάβροχο, μη απορροφητικό και ανθεκτικό με σκοπό τον εύκολο καθαρισμό του.
 11. Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη (π.χ. small, medium, large και extra large) και να υπάρχουν διαφορετικές σωματομετρικές επιλογές ανά μέγεθος, ώστε να ταιριάζουν σε διάφορους σωματότυπους, με σκοπό την βέλτιστη κάλυψη του σώματος από τους ώμους και τον λαιμό, μέχρι και κάτω από τα γόνατα. Να αναφερθούν αναλυτικά οι επιλογές μεγεθών και σωματομετρικών επιλογών και να δοθεί το βάρος της φούστας μπλούζας για κάθε μέγεθος. Να δίνεται ενιαία τιμή ανά τεμάχιο (φούστα - μπλούζα), ανεξαρτήτως μεγέθους.
 12. Ο σχεδιασμός και ο τρόπος δεσίματος της φούστας - μπλούζας να είναι εργονομικός, με σκοπό την άνεση του χρήστη. Να διαθέτει κατάλληλη φαρδιά ελαστική ζώνη ή αντίστοιχο εργονομικό δέσιμο, για υποστήριξη του βάρους.
 13. Να κλείνει με εύκολο τρόπο αλλά και με πολλαπλά σημεία στήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική κάλυψη του επεμβατιστή, χωρίς κενά (π.χ. σε στέρνο, μασχάλες και μέση).
 14. Να παρέχεται γραπτή εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους για την ποιότητα κατασκευής της.
-

15. Η προσφέρουσα εταιρεία και ο κατασκευαστής να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας με αντίστοιχη πιστοποίηση (π.χ. ISO 9001), και τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν CE mark, όπως απαιτείται για προϊόντα ακτινοπροστασίας.
 16. Η φούστα - μπλούζα να συνοδεύεται από κατάλληλη κρεμάστρα για φούστα - μπλούζα ακτινοπροστασίας. Η κρεμάστρα να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά, για αντοχή σε επιπλέον βάρος (π.χ. το βάρος μιας ποδιάς ακτινοπροστασίας).
 17. Για την αξιολόγηση απαιτείται η αποστολή δείγματος του προσφερόμενου προϊόντος.
-